



Γραφείο Προμηθειών

Πληρ: Κα Αγγελική Λιόσιου

Τηλ: 2313 32 3115 , fax: 2313 32 3969

Ηλεκτρ. Δ/ση: pr.papageorgiou@gmail.com

Θεσ/νίκη 13/06/2018

Αρ. Πρωτ.: 28063

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Σχετικά με τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια «Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού», με CPV 33140000-3, αριθμό διακήρυξης 004/2017 και αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 57845.

Για την ανωτέρω διακήρυξη, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

1. Στις τεχνικές περιγραφές του ζητούμενου είδους με κωδικό υλικού **02104-83980-1-6-031**: «Λαβίδα colibri με οδοντωτό μήκους 0,12mm και κεκαμμένα άκρα μήκους 0,12mm. Ολικό μήκος εργαλείου 86mm. Κατασκευασμένο από τιτάνιο», εκ παραδρομής αναφέρεται ότι τα κεκαμμένα άκρα της λαβίδας θα πρέπει να είναι μήκους 0,12mm, αντί του ορθού μήκους των 2mm.

Οι ορθές τεχνικές προδιαγραφές του είδους είναι οι κάτωθι:

02104-83980-1-6-031: «Λαβίδα colibri με οδοντωτό μήκους 0,12mm και κεκαμμένα άκρα μήκους 2mm. Ολικό μήκος εργαλείου 86mm. Κατασκευασμένο από τιτάνιο»

2. Σε όσα ζητούμενα είδη του διαγωνισμού, **στον ίδιο κωδικό υλικού** ζητούνται **διαφορετικά μεγέθη**, μήκη κ.τ.λ. και η τιμή των προσφορών σας είναι διαφορετική για το κάθε μέγεθος, υπάρχει η δυνατότητα στο αρχείο excel του «Πίνακα Ζητούμενων ειδών Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού» που θα καταθέσετε, να προσφέρετε τα διαφορετικά μεγέθη με τις αντίστοιχες τους τιμές, προσθέτοντας επιπλέον γραμμές ακριβώς κάτω από τον κωδικό του υλικού.

Προτείνεται από το Νοσοκομείο να συμπληρωθεί στο ΕΣΗΔΗΣ η ανώτερη από τις τιμές των διαφορετικών μεγεθών, χωρίς όμως αυτό να είναι δεσμευτικό.

Η κατακύρωση θα γίνει με τις τιμές σύγκρισης ανά κωδικό υλικού και ανά μέγεθος από το συγκριτικό πίνακα (excel) που θα καταρτίσει το Νοσοκομείο, ο οποίος θα προκύψει από την επεξεργασία των «πινάκων ζητούμενων ειδών» excel, της προσφοράς του κάθε προμηθευτή.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Χρυσούλα Σαμψωνίδου