

**Γραφείο Προμηθειών**

Πληρ: Χ.Σαμψωνίδου

Τηλ.: 2313 32.3115, fax: 2313 32.3969

Ηλεκτρ. Δ/ση: pr.papageorgiou@gmail.com**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Θεσ/νίκη, 13/09/2019

Αρ. Πρωτ.: 40844

ΠΡΟΣ:**ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) θαλάμου ακουομετρίας στη Β' ΩΡΛ κλινική Α.Π.Θ. του Νοσοκομείου, (CPV: 33141625-7), προϋπολογιστικής δαπάνης 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. ήτοι 24.800,00€ με Φ.Π.Α. 24% (Αρ.Διακ.Π15/2019).

Έχοντας υπόψη:

A) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιημένος ισχύει.

B) Την υπ' αριθ. 546^η/22.08.2019 (Θέμα 5^ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, σχετικά με την έγκριση της διενέργειας, των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών και την δέσμευση της αντίστοιχης πίστωσης του διαγωνισμού, από τον προϋπολογισμό του έτους 2019.

Σας γνωρίζουμε ότι το Νοσοκομείο, προκειμένου να αναδείξει προμηθευτή, για την αναφερόμενη στο θέμα προμήθεια και εγκατάσταση ενός θαλάμου ακουομετρίας, **προϋπολογιστικής δαπάνης 24.800,00€ με τον Φ.Π.Α. 24%**, διενεργεί συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016.

Ο προμηθευτής θα προκύψει ως ο μειοδότης για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός κλινικού θαλάμου ακουομετρίας, **στη Β' ΩΡΛ κλινική Α.Π.Θ. του Νοσοκομείου**, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο **Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών (Παράρτημα)**, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Ειδικό όρο:

- 1) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε ένα στάδιο, δηλαδή κατά την ημερομηνία διενέργειας θα αποσφραγιστούν και οι τεχνικές και οι οικονομικές προσφορές.
- 2) Ο φάκελος της **Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς** θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει:
 - i. **Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντα** ότι: **α)** αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισμού, **β)** η προσφορά του ισχύει για διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών, **γ)** ο θάλαμος θα προσφερθεί με εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας **τριών (3) ετών τουλάχιστον**, στην οποία θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ανταλλακτικών για τυχόν επισκευές, ο ετήσιος έλεγχος ως προς την ακουστική μόνωση και θα εγγυηθούν την διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή του θαλάμου και **δ)** σε περίπτωση κατακύρωσης θα προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/2016.
 - ii. **Πιστοποιήσεις ποιότητας, εν ισχύει, των διαγωνιζομένων κατ' ελάχιστο**, ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO9001:2015 και 14001:2015 και να διατίθεται από αντιπρόσωπο με πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 ή/και ISO 13485:2012 ή ισοδύναμες. Επιπλέον οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να δηλώνουν ότι συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/07.01.2004 («Αρχές & κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» – ΦΕΚ Β' 32/16.01.2004).
 - iii. **Πιστοποιήσεις για τον προσφερόμενο θάλαμο**, να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και να διαθέτει απαραίτητως πιστοποιητικό σήμανσης CE (οδηγία 93/42 ΕΕC, όπως

τροποποιήθηκε με την οδηγία 2007/47/EC και ισχύει κλπ.).

iv. **Έγγραφο δήλωση**, η οποία θα είναι δεσμευτική για τον υποψήφιο προμηθευτή, για τον χρόνο παράδοσης του θαλάμου σε χώρο που θα του υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, ο οποίος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους **τρεις (3) μήνες**.

v. **Φύλλο συμμόρφωσης**, -με ποινή απόρριψης- προς τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α' της παρούσας πρόσκλησης, στο οποίο θα δίδονται απαντήσεις στα ζητούμενα με τήρηση της ίδιας αρίθμησης και θα γίνονται παραπομπές σε συνυποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια ή τεχνικές περιγραφές του κατασκευαστή, όταν πρόκειται για τεκμηρίωση τεχνικών χαρακτηριστικών.

vi. **Οικονομική προσφορά**, που θα αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση του θαλάμου ακουομετρίας, στη Β' ΩΡΛ κλινική Α.Π.Θ. του Νοσοκομείου. Η προσφερόμενη τιμή θα δίδεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες κρατήσεις, τέλη, εισφορές κ.λπ. (εκτός του Φ.Π.Α.). Στις προσφορές θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνεται χωριστά και η **ετήσια αμοιβή** του προμηθευτή για σύναψη σύμβασης **συντήρησης/τεχνικής κάλυψης** του θαλάμου, μετά τη λήξη του χρόνου της **τριετούς** κατ' ελάχιστο εγγύησης, περιλαμβανομένων και των τυχόν ανταλλακτικών καθώς και τον ετήσιο έλεγχο ως προς την ακουστική μόνωση, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου και υπό τους όρους των παραγράφων 3.1. και 3.2. των Τεχνικών Προδιαγραφών. Η τιμή αυτή θα είναι σταθερή και δεσμευτική για τον ανάδοχο για τα **δέκα (10) πρώτα έτη λειτουργίας** του θαλάμου, μη επιδεχόμενη άλλης αναπροσαρμογής, πλην της τυχόν τιμαριθμικής.

Στην προσφερόμενη τιμή για την προμήθεια και εγκατάσταση του θαλάμου, του οποίου τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 2. των Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήματος Α', συμπεριλαμβάνονται: η μεταφορά και συναρμολόγηση / εγκατάσταση του θαλάμου, μαζί με όλα τα απαραίτητα υλικά για την πλήρη εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και παράδοση του νέου εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία.

(Αναφορικά με την διαχείριση των απορριμμάτων από τις εργασίες της παρούσας σύμβασης, ο προμηθευτής οφείλει να τηρεί τις διατάξεις του Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α'), όπως ορίζονται στην ΚΥΑ 36529/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β') και της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. οικ. 4834/25.01.2013 του Υ.Π.Ε.Κ.Α.).

Το Νοσοκομείο δεν υπόκειται σε άλλη επιβάρυνση, πέραν του τιμήματος που θα έχει προσφέρει ο προμηθευτής.

Οι τιμές προσφοράς είναι δεσμευτικές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και κατά την παραλαβή και εγκατάσταση του θαλάμου, η οποία θα πιστοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του συνολικού ανταλλάγματος, που θα συμφωνηθεί με βάση την τιμή προσφοράς του.

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης, εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- 3) **Χρόνος ισχύος προσφορών: τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.** Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατά ανώτατο όριο και για χρονικό διάστημα ίσο με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
- 4) Ο προσφέρων, με την κατάθεση της προσφοράς του, **θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.**
- 5) **Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια του προσφερόμενου θαλάμου.** Η συνολική αξία του θαλάμου δεν μπορεί να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη του διαγωνισμού. **Η ανάδειξη του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στο συνολικό κόστος κτήσης και λειτουργίας του θαλάμου ακουομετρίας,** καθώς η τιμή σύγκρισης θα προκύψει ως άθροισμα της τιμής προσφοράς του θαλάμου, συν το κόστος συντήρησής του για τα πρώτα δέκα (10) έτη λειτουργίας, περιλαμβανομένου και του χρόνου εγγύησης.
- 6) Η παράδοση και εγκατάσταση του θαλάμου ακουομετρίας στη Β' ΩΡΛ κλινική του Νοσοκομείου, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός **τριών (3) μηνών από την ανάθεση της προμήθειας** στον προμηθευτή, με την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης. Επίσης, με την εγκατάσταση, θα πρέπει να παραδώσει τα εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης (user & service manuals) του θαλάμου στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα.

- 7) Με την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση να καταθέσει στο Νοσοκομείο εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων, η οποία θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό **5%** επί της συνολικής προ Φ.Π.Α. συμβατικής αξίας, ισχύος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με τον χρόνο εγγύησης της σύμβασης (τουλάχιστον 3 έτη). Η εγγύηση αυτή δύναται να αντικατασταθεί με άλλη μειωμένη κατά 50%, ως εγγύηση «καλής λειτουργίας» του θαλάμου, μετά την επιτυχή διενέργεια της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, η οποία θα ισχύει για όλο το υπολειπόμενο διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας και θα του επιστραφεί μετά την λήξη του χρονικού διαστήματος αυτής.
- 8) Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει με βάση την προσφερόμενη τιμή και μετά την πιστοποίηση και έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου για την παράδοση και εγκατάσταση του θαλάμου ακουομετρίας, σύμφωνα με τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016. Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει εντός το πολύ τετραμήνου έως εξαμήνου από την υποβολή του. Σε κάθε πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος, κατά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. Επιπλέον επιβάλλονται οι παρακάτω κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου:
- **2,00%** υπέρ Κεφαλαίου Κοινωνικής & Ανθρωπιστικής Αντίληψης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ν.3580/2007 – άρθρο 3 – εδ. ε´ - περ. εε´).
 - **0,07%** υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4013/2011 & Ν.4605/2019). Στο ποσό της κράτησης αυτής επιβάλλεται και τέλος χαρτοσήμου 3% πλέον εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ επί του τέλους χαρτοσήμου.
 - **0,06%** υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). Στο ποσό της κράτησης αυτής επιβάλλεται και τέλος χαρτοσήμου 3% πλέον εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ επί του τέλους χαρτοσήμου. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Νοσοκομείο.
- 9) Για κάθε πληρωμή είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
- 10) Οι ενδιαφερόμενοι, πριν τη σύνταξη και υποβολή της προσφοράς τους, θα πρέπει να λάβουν γνώση της θέσης εγκατάστασης του θαλάμου, ερχόμενοι σε επικοινωνία, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, με τους κα Κουτσοσίμου Αικατερίνη (τηλ. 2313 32.3106) ή κο Πελέκη Χριστόδουλο (τηλ. 2313 32.3102).
- 11) Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην **ιστοσελίδα** του Νοσοκομείου, στο **ΚΗΜΔΗΣ** και στη **ΔΙΑΥΓΕΙΑ**.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την Τεχνική και Οικονομική σας προσφορά, εντός σφραγισμένου φακέλου, στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς ο τίτλος και ο α/α του διαγωνισμού, στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου έως την ώρα 11.00 της 25^{ης} Σεπτεμβρίου 2019 (ημέρα Τετάρτη).

**Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών του διαγωνισμού:
η 25^η Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 12.00 (ημέρα Τετάρτη).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΣ

Παράρτημα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:	ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΚΟΥΟΜΕΤΡΙΑΣ

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1.1. Θάλαμος ακουομετρίας, συμπαγούς κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας ώστε να παρέχει ακριβείς μετρήσεις ακουολογικών εξετάσεων, πλήρης, περιλαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη διενέργεια μίας πλήρους εξέτασης, προς κάλυψη των διαγνωστικών αναγκών του ακουολογικού εργαστηρίου της πανεπιστημιακής ΩΡΛ Κλινικής του Νοσοκομείου.

1.2. Ο θάλαμος θα συναρμολογηθεί από τον ανάδοχο επί τόπου, στη θέση που θα υποδειχθεί από την Τ.Υ. του Νοσοκομείου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαβαίνουν γνώση της θέσης εγκατάστασης, πριν την σύνταξη της προσφοράς τους, καθημερινά από 09.00 έως και 15.00, κατόπιν συνεννόησης με την κ. Κουτσοσίμου (τηλ. 2313323106) ή τον κ. Πελέκη (τηλ. 2313323102).

1.3. Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και να διαθέτει απαραίτητως πιστοποιητικό σήμανσης CE (οδηγία 93/42 EEC, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2007/47/EC και ισχύει κλπ.).

1.4. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO9001:2015 και 14001:2015 και να διατίθεται από αντιπρόσωπο με πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 ή/και ISO 13485:2012 ή ισοδύναμες. Επιπλέον οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να δηλώνουν ότι συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/07.01.2004 («Αρχές & κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» – ΦΕΚ Β΄ 32/16.01.2004).

1.5. Κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται –επί ποινή απόρριψης- από φύλλο συμμόρφωσης προς τις παρούσες προδιαγραφές, όπου θα τεκμηριώνονται οι απαντήσεις του διαγωνιζόμενου με σαφείς παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια ή τεχνικές περιγραφές του κατασκευαστή.

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

2.1. Οι εξωτερικές διαστάσεις του θαλάμου να είναι από 230 cm X 230 cm έως 240 cm X 240 cm (ΠxΜ), ώστε να παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας εξετάσεων σε κλινήρεις ασθενείς, με την παρουσία ιατρού.

2.2. Ο θάλαμος θα εδράζεται επί αντικραδασμικής βάσης.

2.3. Η συνολική κατασκευή θα παρέχει πιστοποιημένη μείωση θορύβου, στο εσωτερικό του θαλάμου, κατά τουλάχιστον 30 dB(A), στα 1000-2000 Hz.

- 2.4. Να διαθέτει πόρτα που θα ανοίγει προς τα έξω, ώστε να μη μειώνεται ο ωφέλιμος χώρος του θαλάμου, με κλείστρο ασφαλείας. Θα διαθέτει επιπλέον εσωτερικά μπάρα πανικού ή ισοδύναμο μηχανισμό ανοίγματος του κλείστρου εκ των έσω.
- 2.5. Να διαθέτει εσωτερικό φωτισμό ελεγχόμενο από διακόπτη παραπλεύρως της πόρτας και παράθυρο παρατήρησης του ασθενή, με διπλό ηχομονωτικό υαλοπίνακα.
- 2.6. Να διαθέτει εσωτερικά πίνακα σύνδεσης ακουομέτρων διαφόρων τύπων και θύρα USB.
- 2.7. Να διαθέτει ρευματοδότες για ηλεκτρική τροφοδότηση εξωτερικών συσκευών.
- 2.8. Να διαθέτει σύστημα αερισμού με αθόρυβο κινητήρα συνεχούς ροής αέρος, με ρυθμό εναλλαγής ≥ 5 φορές/ώρα.
- 2.9. Ο θάλαμος θα συνοδεύεται από κατάλληλο εξωτερικό τραπέζι για τοποθέτηση του ακουομετρητή.
- 2.10. Τάση τροφοδότησης $220V \pm 10\%/50Hz$.

3. ΕΓΓΥΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- 3.1. Ο θάλαμος, όπως περιγράφεται αναλυτικά παραπάνω, θα πρέπει να προσφερθεί με εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τριών (3) ετών τουλάχιστον, στην οποία θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ανταλλακτικών για τυχόν επισκευές. Στην εγγύηση θα περιλαμβάνεται και ο εκ μέρους του αναδόχου ετήσιος έλεγχος ως προς την ακουστική μόνωση.
- 3.2. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να εγγυηθούν την διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από την οριστική παραλαβή του θαλάμου.
- 3.3. Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται και προσφορά πλήρους τεχνικής κάλυψης του θαλάμου, συμπεριλαμβανομένων των κάθε φύσης ανταλλακτικών προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης, καθώς και των τακτικών ρυθμίσεων – ελέγχων καλής λειτουργίας, μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης. Το σχετικό ετήσιο τίμημα θα παραμένει αμετάβλητο μέχρι τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την παραλαβή σε πλήρη λειτουργία, μη επιδεχόμενο αναπροσαρμογής, πλην της ενδεχόμενης ετήσιας τιμαριθμικής.
- 3.4. Ο θάλαμος θα συνοδεύεται από επίσημα εγχειρίδια χρήσης (USER MANUAL) και συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου (SERVICE MANUAL) του κατασκευαστικού οίκου στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα.
- 3.5. Ο ανάδοχος, κατά τη μεταφορά και συναρμολόγηση/εγκατάσταση του θαλάμου, οφείλει να λαβαίνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε **ατύχημα ή ζημία** σε πρόσωπα ή πράγματα γενικά και για τα οποία ατυχήματα ή ζημίες φέρει οπωσδήποτε αμέριστα κάθε αστική και ποινική ευθύνη. Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος θα εξασφαλίζει την ακίνδυνη λειτουργία εξοπλισμού και μηχανημάτων και γενικά θα λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για αποτροπή του κινδύνου ατυχημάτων ή ζημιών.

