

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ****Γραφείο Προμηθειών**

Πληρ: κα Αλεξάνδρα Τζώνου

Τηλ: 2313 32 3115 , fax: 2313 32 3969

Ηλεκτρ. Δ/ση: pr@papageorgiou-hospital.gr

Θεσ/νίκη 26.02.2021

Αρ. Πρωτ.: 6319

ΠΡΟΣ:**ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ****ΘΕΜΑ: Συλλογή προσφορών για την προμήθεια ενός συστήματος ισχαιμικής περιίδεσης (TOURNIQUET) για την κάλυψη των αναγκών των Κεντρικών Χειρουργείων του Νοσοκομείου.**

Το Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, πραγματοποιεί **συλλογή προσφορών για την προμήθεια ενός συστήματος ισχαιμικής περιίδεσης (TOURNIQUET) πνευματικό, σύγχρονης και τελευταίας τεχνολογίας**, για την κάλυψη των αναγκών των Κεντρικών Χειρουργείων του Νοσοκομείου. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την τεχνική και την οικονομική τους προσφορά, μέσω της εφαρμογής CompareONE της εταιρίας «CosmoONE Hellas MarketSite S.A.».

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιημένος ισχύει, σας γνωρίζουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, πραγματοποιεί συλλογή προσφορών για την προμήθεια ενός συστήματος ισχαιμικής περιίδεσης (TOURNIQUET) πνευματικό σύγχρονης και τελευταίας τεχνολογίας, για την κάλυψη των αναγκών του.

Ο προμηθευτής θα προκύψει ως ο μειοδότης για την προμήθεια **του συστήματος**, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο **Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών (Παράρτημα)**, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Ειδικό όροι:

1. Η έρευνα αγοράς θα διεξαχθεί σε ένα στάδιο, δηλαδή κατά την ημερομηνία διενέργειας θα αποσφραγιστούν και οι τεχνικές και οι οικονομικές προσφορές.
2. Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί ως επισυναπτόμενο αρχείο μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής Compare One. Στο φάκελο της Τεχνικής & Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται συνημμένα και τα έντυπα τεχνικής τεκμηρίωσης (τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, πιστοποιητικά καταλληλότητας των προσφερόμενων ειδών, βεβαίωση συμμόρφωσης όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, πιστοποιητικό ΕΟΦ, εάν απαιτείται, prospectus, τεχνικοί κατάλογοι κ.λ.π.).

ΠΡΟΣΟΧΗ : Όλα τα συνημμένα αρχεία που θα κατατεθούν στην ανωτέρω έρευνα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Compare One θα πρέπει να αποσταλούν με την μορφή **του συμπιεσμένου αρχείου (zip)**.

3. Το Νοσοκομείο θα προχωρήσει σε αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του μειοδότη. Σε περίπτωση απόρριψης της τεχνικής προσφοράς του, θα προχωρήσει σε τεχνική αξιολόγηση του 2^{ου} μειοδότη κ.ο.κ.
4. Το Νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση δείγματος προς επίδειξη, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.
5. **Χρόνος ισχύος προσφορών: τουλάχιστον τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.** Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα πρόσκληση, απορρίπτεται

- σαν απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατά ανώτατο όριο και για χρονικό διάστημα ίσο με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
6. Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού ο οποίος δεν μπορεί να ξεπερνάει τις σαράντα πέντε (45) ημέρες.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, ισχύουν τα πρόστιμα και οι κυρώσεις των άρθρων 203 και 207 του Ν.4412/2016, αντίστοιχα.
7. Σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης, ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση να καταθέσει στο Νοσοκομείο τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 80 του Νόμου 4412/2016 καθώς και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων, η οποία θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό **5%** επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με τον χρόνο της σύμβασης. Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης παρατείνεται αντίστοιχα και ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
8. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με βάση νόμιμα παραστατικά (τιμολόγια ή/και ΤΠΥ), που θα εκδίδονται μετά την πιστοποίηση και την παραλαβή του συστήματος από επιτροπή υπαλλήλων του Νοσοκομείου, εντός το πολύ εξαμήνου από την έκδοση του παραστατικού, σύμφωνα με τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016. Σε κάθε πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος, κατά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. Επιπλέον επιβάλλονται οι παρακάτω κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου:
- **2,00%** υπέρ Κεφαλαίου Κοινωνικής & Ανθρωπιστικής Αντίληψης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ν.3580/2007 – άρθρο 3 – εδ. ε' - περ. εε').
 - **0,07%** υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4013/2011 & 4605/2019). Στο ποσό της κράτησης αυτής επιβάλλεται και τέλος χαρτοσήμου 3% πλέον εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ επί του τέλους χαρτοσήμου.
 - **0,06%** υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). Στο ποσό της κράτησης αυτής επιβάλλεται και τέλος χαρτοσήμου 3% πλέον εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ επί του τέλους χαρτοσήμου. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Νοσοκομείο.
9. Για κάθε πληρωμή είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
10. Ο προσφέρων, με την κατάθεση της προσφοράς του, **θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.**

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την Τεχνική και Οικονομική σας προσφορά, μέσω της εφαρμογής CompareONE της εταιρίας «CosmoONE Hellas MarketSite S.A.», έως την ώρα **14.00 της 8ης Μαρτίου 2021 (ημέρα Δευτέρα).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Μιχαήλ Καραβιώτης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

<p style="text-align: center;">ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ</p> <p style="text-align: center;">ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ</p>	<p style="text-align: center;">ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</p> <p style="text-align: center;">ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</p>
ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:	Σύστημα ισχαιμικής περιίδεσης (TOURNIQUET) Πνευματικό (τεμ.1)
<p>1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</p> <p>1.1. Σύστημα ισχαιμικής περιίδεσης (TOURNIQUET) πνευματικό κατάλληλο για τις ανάγκες των Κεντρικών Χειρουργείων του Νοσοκομείου του Γ.Ν. Παπαγεωργίου.</p> <p>1.2. Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα διεθνή και εθνικά πρότυπα ασφάλειας και να διαθέτει απαραίτητως πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42 EEC, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2007/47/EC και ισχύει κλπ.).</p> <p>1.3. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να δηλώνουν ότι συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/07.01.2004 («Αρχές & κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» – ΦΕΚ Β΄ 32/16.01.2004).</p> <p>1.4. Κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται –επί ποινή απόρριψης- από φύλλο συμμόρφωσης προς τις παρούσες προδιαγραφές, όπου θα τεκμηριώνονται οι απαντήσεις του διαγωνιζόμενου με σαφείς παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια ή τεχνικές περιγραφές του κατασκευαστή.</p> <p>1.5 Όλα τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.</p> <p>2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</p> <p>2.1. Η υπό προμήθεια συσκευή να είναι απλή στη χρήση, συμπαγής, ελαφριά και ανεκτική.</p> <p>2.2. Να λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα τάσεως 220V και να έχει σύστημα αυτόνομης λειτουργίας μπαταρίας για τουλάχιστον 25h συνεχόμενες ώρες χωρίς την ανάγκη ενδιάμεσης φόρτισης.</p> <p>2.3. Το ηλεκτρονικό σύστημα ισχαιμικής περιίδεσης να είναι με δύο διπλά κανάλια κωδικοποιημένα μπλε και κόκκινου χρώματος από 0 – 600 mmHg με εσωτερικό σύστημα τροφοδοσίας αέρα που δεν θα απαιτεί εξωτερική χρήση μπουκάλας πεπιεσμένου αέρα.</p>	

2.4. Να μπορούν να λειτουργήσουν δύο (2) μονοί ή ένας (1) διπλός αεροθάλαμος (cuff) με δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης πίεσης μεταξύ τους και ξεχωριστών ενδείξεων.

2.5. Να υπάρχει οθόνη τύπου LED με ενδείξεις πολλαπλών λειτουργιών του συστήματος και σύστημα Emergency διαφυγής αέρος (ημερομηνία, ώρα, πίεση, Timer, μπαταρία και περιχειρίδα).

2.6. Να διαθέτει χειροκίνητο σύστημα ασφαλείας το οποίο να μπορεί να τεθεί εκτός λειτουργίας ανά πάσα στιγμή.

2.7. Να διαθέτει σύστημα άμεσης εκτόνωσης – επαναπλήρωσης του αεροθαλάμου της περιχειρίδας για ελεγχόμενη απελευθέρωση αναισθητικού μετά από περιοχική αναισθησία.

2.8. Να συνοδεύεται με δύο (2) περιχειρίδες διπλού αυλού για χέρι, πλήρως κλιβανιζόμενες, αντιαλλεργικές, με διαφορετική χρωματική ένδειξη στο σώμα της περιχειρίδας για εύκολη αναγνώριση (να δοθούν διαστάσεις).

2.9. Να συνοδεύεται με δύο (2) περιχειρίδες μονού αυλού για πόδι, πλήρως κλιβανιζόμενες, αντιαλλεργικές, με διαφορετική χρωματική ένδειξη στο σώμα της περιχειρίδας για εύκολη αναγνώριση (να δοθούν διαστάσεις).

2.10. Να διαθέτει σύστημα αυτοβαθμονόμησης και σύστημα αυτοδιάγνωσης.

2.11. Να διαθέτει σύστημα που να αποτρέπει την αποσυμπίεση των περιχειρίδων με λάθος σειρά.

2.12. Να διαθέτει alarm τόσο ακουστικό όσο και οπτικό για τους συσσωρευτές διαφυγής αέρα και βαθμονόμησης.

2.13. Να είναι τοποθετημένη σε τροχήλατη βάση με φρένο και να διαθέτει χώρο με καλάθι αποθήκευσης των περιχειρίδων και άγκιστρα.

2.14. Να διαθέτει ευρεία γκάμα παρελκόμενων και να κατατεθεί προσφορά.

2.15. Να διαθέτει αισθητήρα για έλεγχο αιμόστασης των άκρων και αυτόνομη ρύθμιση βέλτιστης πίεσης.

3. ΕΓΓΥΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

3.1. Το σύστημα ισχαιμικής περιόδωσης (TOURNIQUET) πνευματικό θα πρέπει να προσφερθεί με εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τριών (3) ετών τουλάχιστον. Στην εγγύηση θα περιλαμβάνεται και ο εκ μέρους του αναδόχου ετήσιος έλεγχος ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας.

3.2. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να δηλώσουν δεσμευτικά στην τεχνική τους υποστήριξη για όλη τη διάρκεια ζωής του συστήματος με την το δυνατό αμεσότερη επίλυση τεχνικών προβλημάτων εξ' αποστάσεως ή και επί τόπου εφ' όσον χρειάζεται.

3.3. Στις προσφορές θα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά εκπαίδευση γιατρών της Δ' Π/Δ κλινικής και τεχνικών/νοσηλευτών των Κεντρικών Χειρουργείων.

3.4. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να εγγυηθούν τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και αναλωσίμων για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από την οριστική παραλαβή του συστήματος.

3.5. Ο ανάδοχος, κατά τη μεταφορά, αποσυσκευασία και επίδειξη της συσκευής, οφείλει να λαβαίνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε **ατύχημα ή ζημία** σε πρόσωπα ή πράγματα γενικά και για τα οποία ατυχήματα ή ζημιές φέρει οπωσδήποτε ακέραια κάθε αστική και ποινική ευθύνη.

Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2021