ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Περιφερειακή Οδός Θεσ/νίκης
564 03 Νέα Ευκαρπία
www.papageorgiou-hospital.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Διευθύντρια: **Ευαγγελία Σταυροπούλου**

T 2313 323128
F 2310 685111

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γραφείο Προμηθειών
Πληρ: Κα Ανοιξούδη Ειρήνη
Τηλ: 2313 32 3115, fax: 2313 32 3969
Ηλεκτρ. Δ/νση:pr@papageorgiou-hospital.gr

Θεσσαλονίκη 05-02-2025

Αρ. Πρωτ.: 3369 / 06-02-2025

Προς :

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Π.03/2025

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων/αναλωσίμων με δωρεάν παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού, με τη μέθοδο τιμής ανά εξέταση» (CPV: 33696500-0), προς κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Γενετικής Σπανίων Νοσημάτων του Νοσοκομείου, συνολικής προϋπολογιστικής δαπάνης 29.910,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιημένες ισχύουν.

Β) Την υπ' αριθ. Α1α / 8342 / 10-07-1998 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β' 711) «Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

Γ) Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 17 της από 24-05-1991 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδρύματος «Ίδρυμα Παπαγεωργίου», που κυρώθηκε με το Ν. 1964 / 1991 (ΦΕΚ 146 / τεύχος Α΄ / 26-09-1991), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

Δ) Την υπ' αριθ. Γ4β/Γ.Π. 66112/2022/22-02-2023 (ΦΕΚ 181/01-03-2023, Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) ΚΥΑ του Υπουργού Υγείας και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας περί συγκρότησης και ορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», αρμοδιότητας 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας.

Ε) Την υπ' αριθ. 701η/21-01-2025 (Θέμα 7ο) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου για τον Προγραμματισμό των Προμηθειών & Υπηρεσιών του έτους 2025, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η ανωτέρω προμήθεια στον ΚΑΕ 1311 με CPV: 33696500-0.

το Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, αναρτά πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος **για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (γενετικού αναλυτή)»**, όπως αναλυτικά

περιγράφονται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας, για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Γενετικής Σπανίων Νοσημάτων του Νοσοκομείου. Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την **τεχνοοικονομική σας προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, έως τις 19-02-2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. Η αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί στις 19-02-2025 στις 12:00, ημέρα Τετάρτη.**

- Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά, βάσει χαμηλότερης τιμής, με τη μέθοδο τιμής ανά εξέταση για τις προσφορές που έχουν γίνει αποδεκτές από την τεχνική αξιολόγηση σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.
- Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητούμενων εξετάσεων, με την δωρεάν παραχώρηση του συνοδού εξοπλισμού και όχι για τμηματικό μέρος αυτών. Τμηματικές προσφορές απορρίπτονται.
- Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει :

1. Υ/Δ του άρθρου 8 Ν.1599/1986, δεόντως υπογεγραμμένη, με την οποία να δηλώνεται ότι : α) δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της συμμετέχουσας εταιρείας βάσει των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016 και β) σε περίπτωση κατακύρωσης, θα προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 πριν την υπογραφή της σύμβασης.

2. Τεχνική προσφορά με πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, **σε έντυπη μορφή,** από όπου να αποδεικνύεται ή να προκύπτει η συμφωνία τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της πρόσκλησης όσο και με τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση.

i. **Βεβαίωση εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστικό οίκο** του προσφερόμενου αναλυτή για την τεχνική υποστήριξη και παροχή των απαιτούμενων ανταλλακτικών, για την ορθή λειτουργία του αναλυτή, για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης.

ii. **Πλήρη τεχνική περιγραφή εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης του συνοδού εξοπλισμού**, τεχνικά φυλλάδια και απεικονίσεις των υλικών/αντιδραστηρίων, η αυθεντικότητα των οποίων να μπορεί να βεβαιώνεται, εφόσον ζητείται από το Νοσοκομείο.

iii. **Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και κάθε άλλου είδους έγγραφα** που αποδεικνύουν τη **συμμόρφωση προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές** του Παραρτήματος Β΄ και γενικότερα τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης.

<u>Ειδικότερα</u>:

α) Πιστοποιητικό CE, ώστε να πιστοποιείται ότι τα προσφερθέντα είδη, καθώς και ο συνοδός εξοπλισμός είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας,

β) Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας κατά τα ισχύοντα διεθνή ή/και ευρωπαϊκά ή/και εθνικά πρότυπα, ήτοι ISO 9001 ή/και ISO 13485 ή ισοδύναμα, τόσο του κατασκευαστή των υλικών και του συνοδού εξοπλισμού, όσο και του προμηθευτή, εφόσον πρόκειται για διαφορετικές επιχειρήσεις.

γ) Βεβαίωση αρμόδιας Αρχής ή Κοινοποιημένου Οργανισμού, από την οποία προκύπτει ότι συμμορφώνεται προς την υπ' αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/7-1-2004 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 32/16-1-2004), σχετικά με τις απαιτήσεις μεταφοράς, αποθήκευσης, διατήρησης και γενικά διακίνησης των προσφερόμενων ειδών.

Τα δημόσια έγγραφα γίνονται αποδεκτά και σε απλά φωτοαντίγραφα, ενώ τα ιδιωτικά γίνονται αποδεκτά σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένων εγγράφων ή σε απλά φωτοαντίγραφα, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, ημερομηνίας μετά την παρούσα πρόσκληση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

5. Έγγραφη δήλωση του συμμετέχοντα, με την οποία θα δηλώνεται ότι: α) με την προσφορά του αποδέχεται όλους τους όρους της πρόσκλησης, β) η προσφορά του καλύπτει πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης, γ) διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά μέσα, κ.λπ.) για την εκτέλεση της σύμβασης, , δ) η προσφορά του ισχύει για διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών, ε) ο χρόνος παράδοσης του συνοδού εξοπλισμού και των ειδών μετά την υπογραφή της σύμβασης και στ) η επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάζονται τα προσφερόμενα είδη.

6. Η τιμή προσφοράς θα δίνεται σε ευρώ €, ανά μονάδα μέτρησης (τεμάχιο) της κάθε εξέτασης, χωρίς να περιλαμβάνει τον αναλογούντα **Φ.Π.Α.,** για παράδοση των ειδών στο Νοσοκομείο. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνει κάθε είδους δαπάνη που βαρύνει τον προμηθευτή (έξοδα μεταφοράς, κόστος ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα, κρατήσεις κ.τ.λ)**.**

Επίσης θα κατατεθεί πίνακας με τα προτεινόμενα αντιδραστήρια ή/και αναλώσιμα και τις τιμές προμήθειας αυτών που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των ζητούμενων εξετάσεων, με την εμπορική τους ονομασία, τον κωδικό του είδους (ref) και τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

- Ειδικότερα οι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν τιμές ως ακολούθως :

Η τιμή σύγκρισης των προσφορών είναι η τιμή ανά εξέταση για το σύνολο των ζητούμενων εξετάσεων, όπως περιγράφεται στο παράρτημα Α' της πρόσκλησης. Οι προσφερόμενες τιμές ανά εξέταση θα περιλαμβάνουν :

- Το κόστος των αντιδραστηρίων και των αναλώσιμων υλικών,
- Το κόστος των υλικών βαθμονόμησης και ελέγχου,
- Το κόστος συντήρησης και ανταλλακτικών του αναλυτή,
- Το κόστος παραχώρησης του συνοδού εξοπλισμού και
- Οτιδήποτε άλλο απαιτείται για την ορθή λειτουργία του αναλυτή κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των εξετάσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η προσφερόμενη τιμή χωρίς Φ.Π.Α. για το σύνολο των ετήσιων εξετάσεων, επί ποινή αποκλεισμού, δεν πρέπει να ξεπερνά τον επιμέρους ετήσιο προϋπολογισμό του διαγωνισμού.

Οι προμηθευτές οφείλουν να υπολογίσουν και να δηλώσουν στις οικονομικές προσφορές τους, τον αριθμό των συσκευασιών που θα απαιτηθούν για την πραγματοποίηση των ζητούμενων εξετάσεων, καθώς και τον αριθμό των τεστ που αντιστοιχεί σε κάθε προσφερόμενη συσκευασία αναλωσίμων υλικών.

Οι προσφερόμενες τιμές ανά εξέταση για το σύνολο των ζητούμενων εξετάσεων, πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια, βάσει της συνολικής αξίας των απαιτούμενων αντιδραστηρίων και αναλωσίμων υλικών.

- Το Νοσοκομείο θα συγκροτήσει ειδική επιτροπή για τον έλεγχο του κόστους ανά εξέταση. Η επιτροπή αυτή θα συνέρχεται ανά έτος, παρουσία εκπροσώπου του ανάδοχου / προμηθευτή και θα υπολογίζει το πραγματικό κόστος ανάλυσης, από το σύνολο των αγορών, το σύνολο του αναλυτικού έργου και την παρακαταθήκη (υπόλοιπο) υλικών στο Νοσοκομείο. Θα συντάσσει πρακτικό με τα παραπάνω στοιχεία ανά έτος. Σύμφωνα με το πρακτικό, η ρύθμιση θα γίνεται ως εξής:

➢ Αν το κόστος προμήθειας των υλικών και αντιδραστηρίων που χρησιμοποιήθηκαν έχει υπερβεί την προσφερόμενη συνολική αξία, για τον αριθμό των εξετάσεων του συνολικού αναλυτικού έργου και την παρακαταθήκη (υπόλοιπο) υλικών στο Νοσοκομείο, ο προμηθευτής υποχρεούται σε επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού, με έκδοση πιστωτικού τιμολογίου.

Σε κάθε περίπτωση η φύλαξη, συντήρηση και χρήση των υλικών που παρέχει ο προμηθευτής πρέπει να γίνεται από το Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και τα δηλούμενα από αυτόν στην προσφορά του.

➢ Αν το κόστος προμήθειας των υλικών και αντιδραστηρίων που χρησιμοποιήθηκαν είναι χαμηλότερο από την προσφερόμενη συνολική αξία, για τον αριθμό των εξετάσεων του συνολικού αναλυτικού έργου και την παρακαταθήκη υλικών στο Νοσοκομείο, ο προμηθευτής δεν μπορεί να έχει οποιαδήποτε απαίτηση από το Νοσοκομείο.

- Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, ύστερα από πρόσκληση του Νοσοκομείου και εν συνέχεια, θα αποσταλεί στον ανάδοχο η σχετική σύμβαση.
- Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει εντός **δεκαπέντε (15) ημερών** από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγυητική καλής εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας, χωρίς το ΦΠΑ.
- Η σύμβαση θα έχει ισχύ για ένα έτος και δύναται να παραταθεί για ένα ακόμη έτος με τους ίδιους όρους και τις ίδιες τιμές κατόπιν απόφασης της Διοίκησης του Νοσοκομείου και τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου.
- Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο προσφέρων ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του δεσμεύονται ότι θα τηρούν τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες

απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Β΄ του Ν. 4412/2016 (Άρθρο 18 του Ν. 4412/2016). Η αθέτηση της ανωτέρω υποχρέωσης αποτελεί σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.

- Τα αντιδραστήρια και αναλώσιμα που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των ζητούμενων εξετάσεων θα παραδίνονται στην αποθήκη του Νοσοκομείου, κατόπιν σχετικής παραγγελίας από το Νοσοκομείο. **Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να πραγματοποιείται σε χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών από την παραγγελία της**. Η παραλαβή τους θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής που έχει οριστεί από το Νοσοκομείο, με τη σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Το τιμολόγιο θα εκδίδεται για λογαριασμό του Νοσοκομείου. Η καθυστέρηση παράδοσης των ειδών δύναται να επιφέρει κυρώσεις-ποινικές ρήτρες (άρθρο 207 ν. 4412/2016) ή κήρυξης του προμηθευτή ως έκπτωτου.
- Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016. Επίσης με την ίδια διαδικασία επιβάλλονται κυρώσεις του άρθρου 207, για τυχόν εκπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας.
- Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με βάση νόμιμα παραστατικά, εντός έξι (6) μηνών, μετά από την οριστική παραλαβή των ειδών. Σε κάθε πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος, κατά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. και επιβάλλονται οι παρακάτω κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου:

α) **2 %** υπέρ Κεφαλαίου Κοινων. & Ανθρωπιστικής Αντίληψης του Υπ. Υγείας (Ν.3580/2007 – άρθρο 3 – εδ. ε΄ - περ. εε΄).

β) **0,10%** υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4013/2011, όπως ισχύει και άρθρο 7 του Ν.4912/2022). Στο ποσό της κράτησης αυτής επιβάλλεται και ψηφιακό τέλος συναλλαγών 3,6 % (πρώην χαρτοσήμου 3%).

- Για κάθε πληρωμή είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και το Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ALEXANDRA TZONOU
06/02/2025 13:59
Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

«ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΣΠΑΝΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

α/α	Εξέταση	Εκτιμώμενη Ετήσια Ποσότητα	Τιμή Προϋπολογισμού	Τιμή προϋπολ.χωρίς ΦΠΑ
1	Ταχείς έλεγχοι με qf-PCR για χρωμοσωμικές ανευπλοειδίες σε νεογνά και βρέφη με πιθανή τρισωμία, π.χ. σύνδρομο DOWN.	50	70 €	3.500 €
2	Στοχευμένοι έλεγχοι για παθήσεις που οφείλονται σε τρινουκλεοτιδικές επεκτάσεις, όπως το Σύνδρομο του Εύθραυστου Χ σε αγόρια με νοητική υστέρηση ή/και αυτισμό.	48	100 €	4.800 €
3	Στοχευμένοι έλεγχοι για μεταλλάξεις του γονιδίου FLT3 σε ασθενείς με αιμοποιητικά νεοπλάσματα.	33	170 €	5.610 €
4	Στοχευμένοι έλεγχοι με αλληλούχιση κατά Sanger σε συγγενείς ατόμων με σπάνια γενετικά νοσήματα.	400	40 €	16.000 €
			ΣΥΝΟΛΑ :	**29.910 €**

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι κάτωθι αποτελούν τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές για τον αναλυτή που θα παραχωρηθεί δωρεάν ως συνοδός εξοπλισμός.

Για την εξασφάλιση της ταχύτερης εκπαίδευσης του προσωπικού και της υψηλότερης ποιότητας των αποτελεσμάτων, είναι απαραίτητη η χρήση ενός αναλυτή με σύστημα Capillary electrophoresis και δυνατότητα :

- να τρέχει ταυτόχρονα τέσσερα δείγματα και να ανιχνεύει/αναλύει τουλάχιστον έξι φθορίζουσες χρωστικές
- να εξυπηρετεί το σύνολο των παραπάνω εξετάσεων, δηλαδή να χρησιμοποιείται τόσο σε εφαρμογές ανάλυσης ακολουθίας DNA, όσο και σε εφαρμογές ανάλυσης θραυσμάτων (fragment analysis).

Η εγκατάσταση και η εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό του αναδόχου και σύμφωνα με τις οδηγίες του οίκου κατασκευής του συνοδού εξοπλισμού.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ

1. Τα υλικά που παραδίδονται (αντιδραστήρια/αναλώσιμα) πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά να βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με την τεχνική προσφορά του προμηθευτή.

2. Ειδικότερα, τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να πληρούν τους εξής όρους:

2.1. Να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες του Νοσοκομείου για τη χρήση που προορίζονται.

2.2. Να συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου.

2.3. Το προϊόν πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ημερομηνία παράδοσής του να μην έχει παρέλθει χρόνος μεγαλύτερος από το ένα δεύτερο (1/2) της συνολικής διάρκειας ζωής του. Ο προμηθευτής έχει υποχρέωση να αντικαθιστά κάθε ποσότητα προϊόντων που έχουν αλλοιωθεί πριν από την ημερομηνία λήξης τους, μολονότι έχουν τηρηθεί οι συνθήκες συντήρησης που προβλέπονται από τον κατασκευαστή.

3. Η συσκευασία των ειδών πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

3.1. Η συσκευασία θα είναι του εργοστασίου παραγωγής. Το κόστος της δεν θα επιβαρύνεται με πρόσθετα υλικά που δεν επιστρέφονται στον προμηθευτή.

3.2. Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας, καθώς και σε κάθε μονάδα του περιεχομένου της, πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις στα Ελληνικά ή Αγγλικά, με την επιφύλαξη τυχόν διαφορετικών ή ειδικότερων ρυθμίσεων της Οδηγίας της Ε.Ε. και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία έγινε η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς αυτήν:

3.2.1. Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή. Εάν ο κατασκευαστής εδρεύει σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία και διεύθυνση του εγκατεστημένου στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.

3.2.2. Τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου ο χρήστης να είναι σε θέση να αναγνωρίσει το προϊόν, την ποσότητά του και το περιεχόμενο της συσκευασίας.

3.2.3. Η ημερομηνία μέχρι την οποία το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς, χωρίς υποβιβασμό της επίδοσης.

3.2.4. Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή/ και χειρισμού.

3.2.5. Τις ενδεδειγμένες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις.

3.3. Σε κάθε συσκευασία θα πρέπει να περιλαμβάνονται ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ στα Ελληνικά.