



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γραφείο Προμηθειών

Πληρ: κα Π. Χατζοπούλου

Τηλ: 2313 32 3119

Ηλεκτρ.Δ/ση: pr.papageorgiou@gmail.com

Θεσ/νίκη, 05.08.2025

Αρ. Πρωτ.: 20832/06.08.2025

ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια ενός (1) ανεξάρτητου εξωτερικού σταθμού εργασίας τύπου TOMTEC ULTRASOUND, για κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Υπερήχων Καρδιάς της Β' Καρδιολογικής κλινικής, του Νοσοκομείου, προϋπολογιστικής δαπάνης 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ24% (Αρ.συλλ. προσφ.:Π.25/2025,CPV : 33100000 – 1 , ΚΑΕ:9700).

Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιημένες ισχύουν.

Β) Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 17 της από 24-05-1991 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδρύματος «Ίδρυμα Παπαγεωργίου», που κυρώθηκε με το Ν. 1964/1991 (ΦΕΚ 146 / τεύχος Α' / 26-09-1991), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

Γ) Την υπ' αριθ. Α1α / 8342 / 10-07-1998 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β' 711) «Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

Δ) Την υπ' αριθ. Γ4β/Γ.Π. 66112/2022/22-02-2023 (ΦΕΚ 181/01-03-2023, Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) ΚΥΑ του Υπουργού Υγείας και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας περί συγκρότησης και ορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», αρμοδιότητας 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας.

Ε) Την υπ' αρ. 701/22-01-2025 (Θέμα 7^ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΡΙΟ1469ΗΑΞ - ΖΝΒ), με την οποία εγκρίθηκε ο Πίνακας Προγραμματισμού Προμηθειών & Υπηρεσιών του Νοσοκομείου για το διαχειριστικό έτος 2025, σύμφωνα με τις προβλέψεις του εγκεκριμένου συνολικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου για το ίδιο έτος, στον οποίο περιλαμβάνεται ο ανωτέρω εξοπλισμός στον ΚΑΕ:9700 με CPV:33100000 - 1.

Το Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, πραγματοποιεί **πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ενός (1) ανεξάρτητου εξωτερικού σταθμού εργασίας τύπου TOMTEC ULTRASOUND, για κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Υπερήχων Καρδιάς της Β' Καρδιολογικής κλινικής, του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α της παρούσης. Ως εκ τούτου,**

καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να καταθέσουν την τεχνική και την οικονομική τους προσφορά, μέσω της εφαρμογής CompareONE της εταιρίας «CosmoONEHellasMarketSiteS.A.» και εντός σφραγισμένου φακέλου στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, το αργότερο έως 25/08/2025, στις 10.00π.μ. η ώρα.

- Η Συλλογή προσφορών θα διεξαχθεί σε ένα στάδιο.
- Η τεχνοοικονομική προσφορά του εξοπλισμού, θα πρέπει να κατατεθεί ως επισυναπτόμενο αρχείο μέσω της εφαρμογής στο ζητούμενο αίτημα και θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές του είδους. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να επισυναφθούν τεχνικά φυλλάδια, prospectus και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά καταλληλότητας(π.χ. ISO, CE, βεβαίωση συμμόρφωσης στη ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/07.01.2004).
- Επίσης, θα πρέπει να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης, στο οποίο θα πρέπει να δίδονται απαντήσεις σε όλα τα σημεία των Τεχνικών Προδιαγραφών. Για τη διευκόλυνση του έργου της αξιολόγησης η διάρθρωση του φύλλου συμμόρφωσης θα ακολουθεί την διάταξη και την αρίθμηση των τεχνικών προδιαγραφών και θα έχει σαφείς και μονοσήμαντες παραπομπές προς τα συνυποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια/εγχειρίδια και τις τεχνικές προδιαγραφές των αντίστοιχων κατασκευαστών, για την τεκμηρίωση των απαντήσεων των διαγωνιζόμενων.
- Το Νοσοκομείο θα προχωρήσει σε αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του μειοδότη. Σε περίπτωση απόρριψης της τεχνικής προσφοράς του, θα προχωρήσει σε τεχνική αξιολόγηση του 2^{ου} μειοδότη κ.ο.κ.
- Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να δοθεί σε ευρώ €, χωρίς Φ.Π.Α., για παράδοση του εξοπλισμού στο Νοσοκομείο, στην οποία θα περιλαμβάνεται κάθε είδους δαπάνη που βαρύνει τον προμηθευτή (έξοδα μεταφοράς, έξοδα τοποθέτησης και εγκατάστασης, κόστος ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα, κρατήσεις).
- Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, ύστερα από πρόσκληση του Νοσοκομείου.
- Για την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να κατατεθεί εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσοστού 4% επί της καθαρής αξίας.
- Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με βάση νόμιμα παραστατικά, εντός 6 μηνών από την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού. Σε κάθε πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος, κατά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. και επιβάλλονται οι παρακάτω κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου:
 - **2,00%** υπέρ Κεφαλαίου Κοινωνικής & Ανθρωπιστικής Αντίληψης του Υπουργείου Υγείας (Ν.3580/2007 – άρθρο 3 – εδ. ε' - περ. εε').
 - **0,10%** υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4013/2011&Ν.4605/2019). Στο ποσό της κράτησης αυτής επιβάλλεται και πρώην τέλος χαρτοσήμου 3% πλέον εισφορά 20% υπέρ ΟΓΑ επί του τέλους χαρτοσήμου.

Για κάθε πληρωμή είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την Τεχνική και Οικονομική σας προσφορά ως εξής:

α)ψηφιακά στην πλατφόρμα COSMOONE και

β) έντυπα με σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς ο τίτλος και ο αριθμός (Π.25/2025) της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, **έως την ώρα 10.00π.μ. της 25^{ης} Αυγούστου 2025 (ημέρα Δευτέρα). Η αποσφράγιση του θα γίνει την ίδια ημέρα στις 11:00 το μεσημέρι.**

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των προσφορών μέσω της εφαρμογήςCompareONE,παρακαλούμε ανατρέξτε στην ανακοίνωση που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, στο πεδίο Διαγωνισμοί, με τίτλο: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ COMPAREONE (2)».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Π.25/2025

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
A.	Να προσφερθεί εξωτερικός ανεξάρτητος ολοκληρωμένος σταθμός εργασίας για θέαση, ανάλυση και ποσοτικοποίηση δεδομένων υπερηχογραφικών εικόνων και δεδομένων, τύπου Ultrasound Workspace. Να είναι εξοπλισμένος με το κατάλληλο hardware (μεγάλης χωρητικότητας σκληρός δίσκος τουλάχιστον 1.0 TB και οθόνη τουλάχιστον 23") & το πλήρες software, προκειμένου μέσω αυτού να επιτυγχάνεται:
1.	Η αμφίδρομη επικοινωνία του μέσω LAN με τον υπερηχοκαρδιογράφο και το νοσοκομειακό PACS για τη διαχείριση φάκελων ασθενών.
2.	Η συγγραφή του πορίσματος (report) της διενεργηθείσας μελέτης και εκτύπωση αυτού. Οι αναφορές είναι απαραίτητο να διεξάγονται και στην Ελληνική γλώσσα.
3.	Η διενέργεια καρδιολογικών αναλύσεων, μετρήσεων και υπολογισμών.
4.	Η αμφίδρομη επικοινωνία τύπου DICOM, με όλους τους υπερηχοτομογράφους της Β' Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου, τύπου Philips ή άλλου κατασκευαστή.
B.	Βασική μονάδα που να περιλαμβάνει:
1.	Λογισμικό αυτόματης αναγνώρισης και οριοθέτησης διαφορετικών καρδιακών δομών για τον αυτόματο υπολογισμό της συνολικής/τμηματικής παραμόρφωσης της Αριστερής Κοιλίας, του Δεξιού Κόλπου και του Αριστερού Κόλπου μέσω δισδιάστατων δεδομένων. (2D SPECLE).
2.	Λογισμικό για τον αυτόματος υπολογισμός, εξαγωγή και απεικόνιση στην οθόνη στην δυσδιάστατη απεικόνιση του κλάσματος εξώθησης της αριστερής κοιλίας (LV Ejection Fraction), του τελοδιαστολικού όγκου (EDV), του Τελοσυστολικού όγκου (ESV).
Γ.	Να προσφερθούν προς επιλογή τα παρακάτω λογισμικά ποσοτικοποίησης υπερηχογραφικών εικόνων τα οποία να δέχονται δεδομένα από υπερηχοτομογράφους οποιουδήποτε κατασκευαστικού οίκου προς διευκόλυνση της ροής εργασίας και μη περιορισμού μελλοντικών αγορών.
1.	Λογισμικό αυτόματης ποσοτικοποίησης της μιτροειδούς βαλβίδας από τα τρισδιάστατα δεδομένα το οποίο να υπολογίζει τόσο τις διαστάσεις όσο και να παρέχει το ανατομικό μοντέλο της μιτροειδούς βαλβίδας με ακρίβεια.
2.	Λογισμικό για την τρισδιάστατη μελέτη της δεξιάς κοιλίας, από τα τρισδιάστατα δεδομένα.
3.	Λογισμικό για την επεξεργασία των τρισδιάστατων υπερηχογραφικών εικόνων και ανάλυση τους σε διαφορετικά επίπεδα με σκοπό την εξαγωγή μετρήσεων και υπολογισμών.
4.	Ο ανεξάρτητος εξωτερικός σταθμός εργασίας συνοδεύεται από εγγύηση 2 ετών.

