



Περιφερειακή Οδός Θεσ/νίκης  
564 03 Νέα Ευκαρπία  
www.papageorgiou-hospital.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διευθύντρια: Ευαγγελία Σταυροπούλου

T 2313 323128

F 2310 685111

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Γραφείο Προμηθειών**

Πληρ: κα Π. Χατζοπούλου

Τηλ: 2313323119

Ηλεκτρ.Δ/ση:pr@papageorgiou-hospital.gr

Θεσ/νίκη, 06.02.2026

Αρ. Πρωτ.:

**ΠΡΟΣ:**

**ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

**Πρόσκληση Π.08/2026**

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια μιας (1) Θερμοκοιτίδας μεταφοράς νεογνών χωρίς νεογνικό αναπνευστήρα, για κάλυψη των αναγκών της Μονάδας Εντατικής Νεογνών του Νοσοκομείου, προϋπολογιστικής δαπάνης 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24% (CPV:33195000-3 και ΚΑΕ:9749).**

**Έχοντας υπόψη:**

Α) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιημένες ισχύουν.

Β) Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 17 της από 24-05-1991 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδρύματος «Ίδρυμα Παπαγεωργίου», που κυρώθηκε με το Ν. 1964/1991 (ΦΕΚ 146 / τεύχος Α' / 26-09-1991), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

Γ) Την υπ' αριθ. Α1α / 8342 / 10-07-1998 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β' 711) «Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

Δ) Την υπ' αριθ. Γ4β/Γ.Π. 66112/2022/22-02-2023 (ΦΕΚ 181/01-03-2023, Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) ΚΥΑ του Υπουργού Υγείας και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας περί συγκρότησης και ορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», αρμοδιότητας 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας.

Ε) Την υπ' αρ. 727/21-01-2026 (Θέμα 13<sup>ο</sup>) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΡΦ79469ΗΑΞ-Ω93), με την οποία εγκρίθηκε ο Πίνακας Προγραμματισμού Προμηθειών & Υπηρεσιών του Νοσοκομείου για το διαχειριστικό έτος 2026, σύμφωνα με τις προβλέψεις του εγκεκριμένου συνολικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου για το ίδιο έτος, στον οποίο περιλαμβάνεται ο ανωτέρω εξοπλισμός στον ΚΑΕ:9749 με CPV:33195000-3.

Το Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, πραγματοποιεί **πρόσκληση υποβολής προσφορών για την μιας (1) Θερμοκοιτίδας μεταφοράς νεογνών χωρίς νεογνικό αναπνευστήρα, για κάλυψη των αναγκών της Μονάδας Εντατικής Νεογνών του Νοσοκομείου**, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α της παρούσης. Ως εκ τούτου, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς **να καταθέσουν την τεχνική και την οικονομική τους προσφορά, μέσω της εφαρμογής CompareONE της εταιρίας «CosmoONE Hellas Market Site S.A.»**, το αργότερο έως **25/02/2025, στις 10.00π.μ.**

- Η Συλλογή προσφορών θα διεξαχθεί σε ένα στάδιο.
- Η τεχνοοικονομική προσφορά του εξοπλισμού, θα πρέπει να κατατεθεί ως επισυναπτόμενο αρχείο μέσω της εφαρμογής στο ζητούμενο αίτημα και θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές του είδους. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να επισυναφθούν τεχνικά φυλλάδια, prospectus και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά καταλληλότητας (π.χ. ISO, CE, βεβαίωση συμμόρφωσης στη ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/07.01.2004).
- Επίσης, θα πρέπει να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης, στο οποίο θα πρέπει να δίδονται απαντήσεις σε όλα τα σημεία των Τεχνικών Προδιαγραφών. Για τη διευκόλυνση του έργου της αξιολόγησης η διάρθρωση του φύλλου συμμόρφωσης θα ακολουθεί την διάταξη και την αρίθμηση των τεχνικών προδιαγραφών και θα έχει σαφείς και μονοσήμαντες παραπομπές προς τα συνυποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια/εγχειρίδια και τις τεχνικές προδιαγραφές των αντίστοιχων κατασκευαστών, για την τεκμηρίωση των απαντήσεων των διαγωνιζόμενων.
- Στην προφορά θα πρέπει να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού μετά την υπογραφή της σύμβασης.
- Το Νοσοκομείο θα προχωρήσει σε αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του μειοδότη. Σε περίπτωση απόρριψης της τεχνικής προσφοράς του, θα προχωρήσει σε τεχνική αξιολόγηση του 2<sup>ου</sup> μειοδότη Κ.Ο.Κ.
- Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να δοθεί σε ευρώ €, χωρίς Φ.Π.Α., για παράδοση του εξοπλισμού στο Νοσοκομείο, στην οποία θα περιλαμβάνεται κάθε είδους δαπάνη που βαρύνει τον προμηθευτή (έξοδα μεταφοράς, έξοδα τοποθέτησης και εγκατάστασης, κόστος ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα, κρατήσεις).
- Επίσης θα πρέπει να δοθεί τιμή για την ετήσια προληπτική και επισκευαστική συντήρηση και πλήρης τεχνική κάλυψη του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών, μετά το πέρας της εγγύησης, επί το πλήθος των ετών έως τη συμπλήρωση της δεκαετίας. Η ετήσια αμοιβή προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης θα παραμείνει σταθερή για τα πρώτα δέκα (10) χρόνια από την παραλαβή του εξοπλισμού, μη επιδεχόμενη άλλης αναπροσαρμογής πλην της τυχόν ετήσιας τιμαριθμικής, με βάση τον επίσημο δείκτη τιμών καταναλωτή της ΤτΕ ή της ΕΛΣΤΑΤ.
- Ο ανάδοχος θα αναδειχθεί από τη συγκριτική τιμή, η οποία θα προκύπτει από το άθροισμα της τιμής προμήθειας και της ετήσιας αμοιβής προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης και πλήρους τεχνικής κάλυψης του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών, μετά το πέρας της εγγύησης, επί το πλήθος των ετών έως τη συμπλήρωση της δεκαετίας. Για την πλήρη συντήρηση και τεχνική κάλυψη του εξοπλισμού θα συναφθεί χωριστή σύμβαση μεταξύ του Νοσοκομείου και του προμηθευτή κατά τον χρόνο λήξης της εγγύησης, κατόπιν αιτήματος του Νοσοκομείου και μετά από απόφαση της Διοίκησής του.
- Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, ύστερα από πρόσκληση του Νοσοκομείου.
- Για την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να κατατεθεί εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσοστού 4% επί της καθαρής αξίας.
- Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με βάση νόμιμα παραστατικά, εντός 6 μηνών από την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού. Σε κάθε πληρωμή παρακρατείτε φόρος εισοδήματος, κατά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. και επιβάλλονται οι παρακάτω κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου:
  - **2,00%** υπέρ Κεφαλαίου Κοινωνικής & Ανθρωπιστικής Αντίληψης του Υπουργείου Υγείας (Ν.3580/2007 – άρθρο 3 – εδ. ε' - περ. εε').
  - **0,10%** υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4013/2011&Ν.4605/2019).

Για κάθε πληρωμή είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

**Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την Τεχνική και Οικονομική σας προσφορά ως εξής:**

**α)ψηφιακά** στην πλατφόρμα COSMOONEέως την ώρα **10.00π.μ. της 25<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2026 (ημέρα Τετάρτη)**. Η αποσφράγιση του θα γίνει την ίδια ημέρα στις 11:00π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των προσφορών μέσω της εφαρμογής CompareONE, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ανακοίνωση που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, στο πεδίο Διαγωνισμοί, με τίτλο: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ COMPAREONE (2)».

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ**

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Π.08/2026

<p><b>ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»</b></p> <p><b>ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ</b></p> <p>ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ</p>	<p><b>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b></p> <p><b>ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b></p>
ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:	<p><b>ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΕΟΓΝΙΚΟ</b></p> <p><b>ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ (1 τεμ.)</b></p>
<p><b>1. <u>ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</u></b></p> <p><b>1.1.</b> Θερμοκοιτίδα μεταφοράς με τροχήλατη βάση, σύγχρονης τεχνολογίας και παραγωγής, ικανή για διακομιδή νεογνών, κατάλληλη για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Μονάδας Εντατικής Νεογνών του Νοσοκομείου.</p> <p><b>1.2.</b> Να φέρεται επί τροχήλατης βάσης του ίδιου κατασκευαστή, ειδικά σχεδιασμένη για την ασφαλή διακομιδή νεογνών με επίγεια (ασθενοφόρα οχήματα) αλλά και ιπτάμενα (ελικόπτερα και αεροπλάνα) μέσα μεταφοράς.</p> <p><b>1.3.</b> Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και να διαθέτει απαραίτητως, τόσο το κυρίως μηχάνημα όσο και τα παρελκόμενά του, πιστοποιητικά σήμανσης CE (κανονισμός ΕΕ 2017/745, που αντικατάστησε την οδηγία 93/42 ΕΕC όπως ισχύει κλπ.). Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια τα πρότυπα (STANDARDS) ασφαλείας χειριστή - ασθενούς, που πληροί το προσφερόμενο σύστημα, καθώς και τα κατασκευαστικά και ποιοτικά διεθνή σήματα που φέρει.</p> <p><b>1.4.</b> Να φέρει πιστοποιητικό συμβατότητας από το κατασκευαστικό οίκο για την ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία του υπάρχον νεογνικού αναπνευστήρα του κατασκευαστικού οίκου Stephan μοντέλου EVE NEO με τη θερμοκοιτίδα μεταφοράς.</p> <p><b>1.5.</b> Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 ή/και ISO 13485:2016 και να διατίθεται από αντιπρόσωπο με πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 ή/και ISO 13485:2016 και 14001:2015 ή ισοδύναμες. Επιπλέον, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να δηλώνουν ότι συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/07.01.2004 («Αρχές &amp; κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» - ΦΕΚ Β' 32/16.01.2004).</p> <p><b>1.6.</b> Κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται –επί ποινή απόρριψης- από φύλλο συμμόρφωσης προς τις</p>	

παρούσες προδιαγραφές, όπου θα τεκμηριώνονται οι απαντήσεις του διαγωνιζόμενου με σαφείς παραπομπές στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια λειτουργίας, βεβαιώσεις ή τεχνικές περιγραφές του κατασκευαστή.

## **2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

**2.1.** Η προσφερόμενη θερμοκοιτίδα μεταφοράς να είναι κατάλληλη για νεογνά και βρέφη βάρους από 500 γραμμάρια έως και 7 κιλά περίπου.

**2.2.** Να φέρεται επί πτυσσόμενης τροχήλατης βάσης (Collapsible Trolley) ρυθμιζόμενου ύψους με αντιστατικούς τροχούς και φρένα. Η βάση αυτή να παρέχει σύστημα ασφάλισης της θερμοκοιτίδας που να την καθιστά ενιαίο σύνολο με αυτή. Η θερμοκοιτίδα μεταφοράς να έχει την δυνατότητα να αποσπάζεται εύκολα χωρίς την χρήση εργαλείων από την τροχήλατη βάση διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο την διακομιδή νεογνών.

**2.3.** Θα πρέπει να λειτουργεί με ηλεκτρική παροχή 230VAC $\pm$ 10%/50Hz και με εξωτερική πηγή 12-15V<sub>DC</sub> μέσω καλωδίου. Να φέρει ενσωματωμένο φορτιστή με επαναφορτιζόμενους συσσωρευτές, που να εξασφαλίζουν σε πλήρη φόρτιση, αυτονομία λειτουργίας για 3 ώρες τουλάχιστον. Ο χρόνος πλήρους φόρτισης να μην ξεπερνά τις 24 ώρες.

**2.4.** Να διαθέτει διαφανή καλύπτρα διπλού τοιχώματος από διαφανές υλικό υψηλής αντοχής για καλύτερη διατήρηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της. Να διαθέτει τρία ανοίγματα για τα χέρια (τα δύο μπροστά και το τρίτο σε ένα από τα δύο πλαϊνά τοιχώματα), μια μεγάλη πόρτα στην μπροστινή πλευρά της θερμοκοιτίδας και μια πόρτα στο πλάι που να επιτρέπει την διολίσθηση της κλίνης του νεογνού προς τα έξω. Να διαθέτει ειδικά ανοίγματα (οπές) για την διέλευση σωλήνων ή και ηλεκτροδίων. Επίσης, να προσφέρει τη μέγιστη ορατότητα στον χρήστη, ώστε να ελέγχει την κατάσταση του νεογνού.

**2.5.** Να προσφέρεται με ειδικό ανατομικό στρωματάκι και ταινίες συγκρατήσεως του νεογνού κατά τη διακομιδή.

**2.6.** Να διαθέτει σύστημα Air Servo control με εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας από 25°C ως 39 °C . Κατά το άνοιγμα των πορτών θα πρέπει να ενεργοποιείται αυτόματα σύστημα ροής αέρος, ώστε να μη μεταβάλλεται σημαντικά η θερμοκρασία εντός της θερμοκοιτίδας.

**2.7.** Ο χρόνος επίτευξης της επιθυμητής θερμοκρασίας να είναι περίπου 20 λεπτά.

**2.8.** Να διαθέτει Oxygen servo control με εύρος ρύθμισης περίπου από 21 - 75% και με ακρίβεια ( +/- 3%).

**2.9.** Να διαθέτει σύστημα μέτρησης της συγκέντρωσης του O<sub>2</sub> (οξυγονόμετρο) με συνεχή καταγραφή της περιεκτικότητας O<sub>2</sub> εντός της θερμοκοιτίδας.

**2.10.** Να διαθέτει επιπλέον οξυγονόμετρο με εύρος μέτρησης συγκέντρωσης O<sub>2</sub> από 21 - 100% .

**2.11.** Να διαθέτει οξύμετρο SpO<sub>2</sub> με εύρος από 1 ως 100% με χρήση αισθητήρα πολλαπλών χρήσεων.

**2.12.** Να διαθέτει είσοδο O<sub>2</sub> με σκοπό τον εμπλουτισμό του χορηγούμενου μίγματος αέρα με δυνατότητα

περιεκτικότητας 21-65%. Το φίλτρο της θερμοκοιτίδας μέσω του οποίου θα γίνει η εισαγωγή του O<sub>2</sub> να αποτελεί φίλτρο HEPA 13 με αντιμικροβιακή δράση 99,95%.

**2.13.** Να διαθέτει σύστημα υγραποίησης του εισερχόμενου αέρα, με δυνατότητα επίτευξης και διατήρησης υγρασίας επιπέδου 0-100%.

**2.14.** Η θερμοκοιτίδα να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής 7" τουλάχιστον.

**2.15.** Η επιφάνεια ενδείξεων και χειρισμού της συσκευής να είναι ηλεκτρονική και με απλή επαφή στα σημεία ελέγχου, να επιλέγονται τουλάχιστον τα κάτωθι:

- Η έναρξη και η διακοπή λειτουργίας της θερμοκοιτίδας.
- Η μέγιστη επιθυμητή θερμοκρασία εντός της θερμοκοιτίδας να είναι μέχρι 39°C.
- Η διακοπή συναγερμού (ALARM) ή επαναφορά αυτού.

**2.16.** Η επιφάνεια ενδείξεων και χειρισμού παρέχει τις παρακάτω ψηφιακές ενδείξεις:

- Λειτουργίας «AC» ή «DC»
- Επιθυμητής θερμοκρασίας
- Θερμοκρασίας εντός θερμοκοιτίδας
- Θερμοκρασίας δέρματος του νεογνού μέσω αισθητηρίου το οποίο θα προσφέρεται στη βασική σύνθεση
- Απόδοσης θερμαντικής συσκευής
- Φόρτισης μπαταρίας

**2.17.** Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς (ALARM) για τις κάτωθι περιπτώσεις:

- Υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας αέρος εντός της θερμοκοιτίδας
- Μέγιστη θερμοκρασία εσωτερικά της θερμοκοιτίδας άνω 39 °C
- Πτώσης ισχύος μπαταρίας
- Πλήρους διακοπής ρεύματος
- Χαμηλής ροής θερμού αέρα εντός θερμοκοιτίδας
- Διακοπής ροής αέρα
- Βλάβη αισθητηρίου θερμοκρασία.

**2.18.** Να διαθέτει εσωτερικό σύστημα φωτισμού LED.

**2.19.** Να φέρει κάτω από την κλίνη ειδική εξωτερική συρόμενη θήκη για τοποθέτηση ακτινογραφικής κασέτας (X-ray) ώστε να αποφεύγεται η μετακίνηση του νεογνού.

**2.20.** Ο εσωτερικός θόρυβος της θερμοκοιτίδας διακομιδής νεογνών να μην υπερβαίνει τα 42db.

**2.21.** Το βάρος της θερμοκοιτίδας να είναι όσο το δυνατό μικρότερο (μαζί με τις μπαταρίες). Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση.

**2.22.** Η θερμοκοιτίδα μεταφοράς νεογνών να συνοδεύεται στη βασική σύνθεση από δύο φιάλες (O<sub>2</sub>) ειδικού

τύπου μεταφοράς, οι οποίες θα τοποθετούνται στέρεα στο σώμα της θερμοκοιτίδας σε ειδικές υποδοχές. Οι φιάλες να φέρουν μειωτήρα πίεσης και ροόμετρο, συμβατά με την υποδομή των ασθενοφόρων οχημάτων του ΕΚΑΒ.

### **3. ΕΓΓΥΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

**3.1.** Η θερμοκοιτίδα μεταφοράς θα πρέπει να προσφερθεί με εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τριών (3) ετών τουλάχιστον, στην οποία θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ανταλλακτικών για τυχόν επισκευές, πλην των αναλωσίμων (φίλτρα κλπ.). Στην εγγύηση θα περιλαμβάνεται και ο εκ μέρους του αναδόχου τακτικός έλεγχος ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

**3.2.** Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να δηλώσουν δεσμευτικά στην τεχνική τους προσφορά τον μέγιστο κατ' έτος επιτρεπτό συνολικό χρόνο μη λειτουργίας λόγω βλάβης (DOWN-TIME) της προσφερόμενης θερμοκοιτίδας, κατά τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των δέκα (10) εργάσιμων ημερών. Τυχόν υπέρβαση του χρόνου αυτού θα παρατείνει αυτοδίκαια την εγγύηση καλής λειτουργίας του μηχανήματος κατά δέκα (10) ημέρες, ανά ημέρα υπέρβασης του κατά τα ως άνω ορίου DOWN-TIME.

**3.3.** Ο χρόνος προσέλευσης τεχνικού του αναδόχου, σε περίπτωση αναγγελίας βλάβης θα είναι τρεις (3) ώρες από την τηλεφωνική ή με ηλεκτρονικό μήνυμα ειδοποίησή του, εφόσον η αναγγελία δοθεί έως ώρας 15.00, άλλως η 08.30 πμ της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

**3.4.** Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να εγγυηθούν την διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από την οριστική παραλαβή του συνόλου των ειδών.

**3.6.** Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται και δεσμευτική για τον ανάδοχο προσφορά ετήσιας πλήρους τεχνικής κάλυψης της προσφερόμενης συσκευής, συμπεριλαμβανομένων των κάθε φύσης ανταλλακτικών προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης, καθώς και των τακτικών ρυθμίσεων – ελέγχων καλής λειτουργίας, μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης. Το σχετικό τίμημα θα παραμείνει αμετάβλητο μέχρι τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την παραλαβή σε πλήρη λειτουργία, μη επιδεχόμενο αναπροσαρμογής, πλην της ενδεχόμενης ετήσιας τιμαριθμικής, με βάση την επίσημη μεταβολή του Δ.Τ.Κ. της ΤτΕ ή της ΕΛΣΤΑΤ.

**3.6.** Η θερμοκοιτίδα μεταφοράς θα συνοδεύεται κατά την παράδοσή της από επίσημα εγχειρίδια χρήσης (USER MANUAL) στην ελληνική και συντήρησης (SERVICE MANUAL) στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.

**3.7.** Στις προσφορές θα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και θα αξιολογηθεί το προσφερόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης πέντε (5) τουλάχιστον γιατρών και νοσηλευτών του τμήματος και δύο (2) τουλάχιστον τεχνικών του τμήματος ΒΙΤ του Νοσοκομείου. Η εκπαίδευση θα πρέπει να διαρκέσει τουλάχιστον 6 ώρες, για κάθε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες. Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει πιστοποιητικά εκπαίδευσης του τεχνικού

προσωπικού από τον κατασκευαστικό οίκο.

**3.8.** Ο ανάδοχος, κατά τη μεταφορά, αποσυσκευασία και εγκατάσταση των μηχανημάτων, οφείλει να λαβαίνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε **ατύχημα ή ζημία** σε πρόσωπα ή πράγματα γενικά και για τα οποία ατυχήματα ή ζημιές φέρει οπωσδήποτε αμέριστα κάθε αστική και ποινική ευθύνη.