



Περιφερειακή Οδός Θεσ/νίκης
564 03 Νέα Ευκαρπία
www.papageorgiou-hospital.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διευθύντρια: Ευαγγελία Σταυροπούλου

T 2313 323122

E finance@papageorgiou-hospital.gr

papeconomic@papageorgiou-hospital.gr

Γραφείο Προμηθειών

Πληρ: κα Αντωνία Χαδουλού

Τηλ: 2313 32 3119, fax: 2313 32 3969

Ηλεκτρ. Δ/ση: pr@papageorgiou-hospital.gr

Θεσ/νίκη, 16/06/2026

Αρ. Πρωτ.: 16319/17.06.2026

Προς:

1. **SIEMENS HEALTHINEERS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
2. **ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Θέμα: Διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 2.280.000,00€ με ΦΠΑ 24%, **για την προμήθεια και εγκατάσταση: α) ενός (1) συγκροτήματος αξονικού Τομογράφου Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος 128 σειρών ανιχνευτών, (CPV: 33115200-1), προϋπολογισμού 1.300.000,00€ με ΦΠΑ 24%, και β) ενός (1) συγκροτήματος Αξονικού Τομογράφου Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος 64 τομών/σάρωση με σταθμό εργασίας προσομοίωσης ακτινοθεραπείας, (CPV: 33115200-1), προϋπολογισμού 980.000,00€ με ΦΠΑ 24%, με τις απαραίτητες εργασίες αντικατάστασης του παλαιού εξοπλισμού (CPV: 45111300-1, 90514000-3), που αφορά στο υποέργο με α/α 2: «Αξονικοί Τομογράφοι», της ενταγμένης στο Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021 - 2027», πράξης με τίτλο: «Προμήθεια - εγκατάσταση ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών διαφόρων τμημάτων του Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ 6034747.**

Σχελ.: 1. Η υπ' αρ. διακήρυξη 002/2026 του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση: α) ενός (1) συγκροτήματος αξονικού Τομογράφου Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος 128 σειρών ανιχνευτών, και β) ενός (1) συγκροτήματος Αξονικού Τομογράφου Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος 64 τομών/σάρωση με σταθμό εργασίας προσομοίωσης ακτινοθεραπείας, με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 399047, 399055.

2. Το με αρ. πρωτ. 14309/27.05.2026 διευκρινιστικό ερώτημα της εταιρείας «**SIEMENS HEALTHINEERS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Σε απάντηση του ανωτέρω διευκρινιστικού ερωτήματος αναφορικά με την παρ. 2.15.5 και 2.15.6 των τεχνικών προδιαγραφών του παραρτήματος Ι της Διακήρυξης και ειδικότερα για τον προσφερόμενο εκτυπωτή του συστήματος ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και διάγνωσης του συγκροτήματος Αξονικού Τομογράφου Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος 64 τομών, σας γνωρίζουμε ότι είναι επιθυμητό ο προσφερόμενος εκτυπωτής να είναι έγχρωμος, τεχνολογίας laser, να διαθέτει δυνατότητα εκτύπωσης σε φωτογραφικό χαρτί ή χαρτί υψηλής ποιότητας, ώστε να είναι εφικτή η εκτύπωση εικόνων απεικονιστικών εξετάσεων με ικανοποιητική ευκρίνεια και χρωματική απόδοση.

Δεδομένου ότι η προβλεπόμενη χρήση δεν αφορά μαζικό φόρτο εκτυπώσεων, η ταχύτητα εκτύπωσης δεν αποτελεί κρίσιμη παράμετρο αξιολόγησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ