



Περιφερειακή Οδός Θεσ/νίκης
564 03 Νέα Ευκαρπία
www.papageorgiou-hospital.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διευθύντρια: Ευαγγελία Σταυροπούλου

T 2313 323122

E finance@papageorgiou-hospital.gr

papeconomic@papageorgiou-hospital.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γραφείο Προμηθειών

Πληρ: κα Π. Χατζοπούλου

Τηλ: 2313323119

Ηλεκτρ.Δ/νση:pr@papageorgiou-hospital.gr

Θεσσαλονίκη, 09.07.2026

Αρ. Πρωτ.:

ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Πρόσκληση Π.27/2026

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια είκοσι (20) Αμαξιδίων μεταφοράς ασθενών για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων τμημάτων του Νοσοκομείου, προϋπολογιστικής δαπάνης 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (CPV:33192160-1).

Έχοντας υπόψη:

- Α) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιημένες ισχύουν.
- Β) Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 17 της από 24-05-1991 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδρύματος «Ίδρυμα Παπαγεωργίου», που κυρώθηκε με το Ν. 1964/1991 (ΦΕΚ 146 / τεύχος Α' / 26-09-1991), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
- Γ) Την υπ' αριθ. Α1α / 8342 / 10-07-1998 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β' 711) «Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
- Δ) Την υπ' αριθ. Γ4β/οικ. 16781/09-04-2026 (ΦΕΚ 521/21-04-2026, Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.), ΚΥΑ του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Υγείας περί συγκρότησης και ορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», αρμοδιότητας 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας, όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 577/28-04-2026/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ..
- Ε) Την υπ' αρ. 727/21-01-2026 (Θέμα 13ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΡΦ79469ΗΑΞ-Ω93), με την οποία εγκρίθηκε ο Πίνακας Προγραμματισμού Προμηθειών & Υπηρεσιών του Νοσοκομείου για το διαχειριστικό έτος 2026, σύμφωνα με τις προβλέψεις του εγκεκριμένου συνολικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου για το ίδιο έτος, στον οποίο περιλαμβάνεται ο ανωτέρω εξοπλισμός με CPV:33192160-1.

Το Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, πραγματοποιεί **πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια είκοσι (20) Αμαξιδίων μεταφοράς ασθενών για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων τμημάτων του Νοσοκομείου**, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α'

ΑΝΑΡΤΗΣΗ Polis CMS 09/07/2026 13:23

<http://www.gnpap.gr/ft/YkY5SVhGdXRxcFRwR1NPUWhiteIxtUT09>

της παρούσης. Ως εκ τούτου, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς **να καταθέσουν την τεχνική και την οικονομική τους προσφορά, μέσω της εφαρμογής CompareONE της εταιρίας «CosmoONE Hellas Market Site S.A.», το αργότερο έως 24/07/2026, στις 10.00π.μ.**

- Η Συλλογή προσφορών θα διεξαχθεί σε ένα στάδιο.
- Η τεchnοοικονομική προσφορά του προσφερόμενου εξοπλισμού, θα πρέπει να κατατεθεί ως επισυναπτόμενο αρχείο μέσω της εφαρμογής στο ζητούμενο αίτημα και θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές του είδους. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να επισυναφθούν τεχνικά φυλλάδια, prospectus και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά καταλληλότητας(π.χ. ISO, CE, βεβαίωση συμμόρφωσης στη ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/07.01.2004).
- Επίσης, θα πρέπει να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης, στο οποίο θα πρέπει να δίδονται απαντήσεις σε όλα τα σημεία των Τεχνικών Προδιαγραφών. Για τη διευκόλυνση του έργου της αξιολόγησης η διάρθρωση του φύλλου συμμόρφωσης θα ακολουθεί την διάταξη και την αρίθμηση των τεχνικών προδιαγραφών και θα έχει σαφείς και μονοσήμαντες παραπομπές προς τα συνυποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια/εγχειρίδια και τις τεχνικές προδιαγραφές των αντίστοιχων κατασκευαστών, για την τεκμηρίωση των απαντήσεων των διαγωνιζόμενων.
- Στην προφορά θα πρέπει να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού μετά την υπογραφή της σύμβασης.
- Το Νοσοκομείο θα προχωρήσει σε αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του μειοδότη. Σε περίπτωση απόρριψης της τεχνικής προσφοράς του, θα προχωρήσει σε τεχνική αξιολόγηση του 2^{ου} μειοδότη κ.ο.κ.
- Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να δοθεί σε ευρώ €, χωρίς Φ.Π.Α., για παράδοση του εξοπλισμού στο Νοσοκομείο, στην οποία θα περιλαμβάνεται κάθε είδους δαπάνη που βαρύνει τον προμηθευτή (έξοδα μεταφοράς, έξοδα τοποθέτησης και εγκατάστασης, κόστος ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα, κρατήσεις).
- Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, ύστερα από πρόσκληση του Νοσοκομείου.
- Για την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να κατατεθεί εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσοστού 4% επί της καθαρής αξίας.
- Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με βάση νόμιμα παραστατικά, εντός 3 μηνών από την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού. Σε κάθε πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος, κατά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. και επιβάλλονται οι παρακάτω κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου:
 - **2,00%** υπέρ Κεφαλαίου Κοινωνικής & Ανθρωπιστικής Αντίληψης του Υπουργείου Υγείας (Ν.3580/2007 – άρθρο 3 – εδ. ε' - περ. εε').
 - **0,10%** υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4013/2011&Ν.4605/2019).

Για κάθε πληρωμή είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής

ενημερότητας.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την Τεχνική και Οικονομική σας προσφορά ως εξής:

α)ψηφιακά στην πλατφόρμα COSMOONE έως την ώρα **10.00π.μ. της 24^{ης} Ιουλίου 2026 (ημέρα Παρασκευή)**. Η αποσφράγιση του θα γίνει την ίδια ημέρα στις 11:00π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των προσφορών μέσω της εφαρμογής CompareONE, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ανακοίνωση που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, στο πεδίο Διαγωνισμοί, με τίτλο: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ COMPAREONE (2)».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

Π.27/2026

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
1. Αμαξίδιο μεταφοράς ασθενών, βαρέως τύπου, ιδανικό για νοσοκομειακή χρήση, στιβαρής και σύγχρονης κατασκευής, υψηλής αντοχής, ασφαλές για την μετακίνηση των ασθενών στους χώρους του Νοσοκομείου 2. Το αμαξίδιο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα διεθνή και εθνικά πρότυπα ασφάλειας και να διαθέτει απαραίτητως πιστοποιητικό σήμανσης CE 3. Το αμαξίδιο μεταφοράς ασθενών θα πρέπει να προσφερθεί με εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δυο (2) ετών 4. Οι προσφέροντες θα πρέπει να εγγυηθούν την διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και αναλωσίμων για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών 5. Ο χρόνος προσέλευσης τεχνικού του προμηθευτή, σε περίπτωση αναγγελίας βλάβης, θα είναι τρεις (3) ώρες από την τηλεφωνική ή ηλεκτρονική ειδοποίηση, εφόσον η αναγγελία δοθεί έως τις 14:00. Διαφορετικά, η προσέλευση θα πραγματοποιείται στις 08:30 π.μ. της επόμενης εργάσιμης ημέρας 6. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος προς αξιολόγηση		
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
1	Σκελετός	Πτυσσόμενος ατσάλινος σκελετός, με διπλή σταυρωτή μπάρα από ατσάλι για αυξημένη σταθερότητα και αντοχή και αντιδιαβρωτική προστασία έναντι των συνήθι απολυμαντικών
2	Αντοχή	Μέγιστο βάρος ασθενή: ≥ 180 kg
3	Τροχοί	Τέσσερις (4) συμπαγείς τροχοί, εκ των οποίων οι δύο να διαθέτουν μηχανισμό ασφαλούς ακινητοποίησης (μοχλό ή φρένα). Οι μπροστινοί τροχοί να είναι συμπαγείς περίπου 200x50mm και οι πίσω τροχοί να είναι ακτινωτοί περίπου 60cm (24"). Ενδεικτικές διαστάσεις τροχών: οι δύο μπροστινοί τροχοί να είναι διαμέτρου περίπου 8 ιντσών ενώ οι οπίσθιοι τροχοί περίπου 24 ιντσών
4	Κάθισμα	Ανατομικό κάθισμα επενδυμένο από αντιμικροβιακό αλέκιστο ύφασμα με εσωτερική επένδυση, υψηλής αντοχής σε απολυμαντικά μέσα για εύκολο καθαρισμό και με ιδιότητες πυράντοχης προστασίας
5	Λαβές ώθησης	Εργονομικές χειρολαβές ώθησης
6	Βραχίονες	Τα πλαϊνά του αμαξιδίου να είναι πτυσσόμενα και σχεδιασμένοι έτσι, ώστε να μειώνουν το γενικό όγκο του αμαξιδίου, χωρίς να μειώνουν τον ωφέλιμο χώρο του καθίσματος
7	Υποπόδια	Τα υποπόδια να είναι αποσπώμενα και ρυθμιζόμενου μήκους, τα οποία να ασφαλίζουν για την αποφυγή ακούσιου τραυματισμού του ασθενή ή του προσωπικού
8	Διαστάσεις	Το συνολικό του πλάτος να είναι περίπου 75 cm και το μήκος του περίπου 110 cm
9	Στατό ορού	Να διαθέτει υποδοχή καθώς και στατό ορού, αυξομειούμενου ύψους
10	Θέση φιάλης οξυγόνου	Να διαθέτει θέση για την ασφαλή τοποθέτηση της φιάλης οξυγόνου