



Περιφερειακή Οδός Θεσ/νίκης
564 03 Νέα Ευκαρπία
www.papageorgiou-hospital.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διευθύντρια: Ευαγγελία Σταυροπούλου

T 2313 323122

E finance@papageorgiou-hospital.gr

papeconomic@papageorgiou-hospital.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**Γραφείο Προμηθειών**

Πληρ: κα Π. Χατζοπούλου

Τηλ: 2313323119

Ηλεκτρ.Δ/νση:pr@papageorgiou-hospital.gr

Θεσ/νίκη, 03.09.2026

Αρ. Πρωτ.:

ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Πρόσκληση Π.37/2026

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια πέντε (5) Φορείων μεταφοράς ασθενών για την κάλυψη των αναγκών των ιατρείων του Κέντρου Τραύματος του Νοσοκομείου, προϋπολογιστικής δαπάνης 33.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (CPV: 33141620-2).

Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιημένες ισχύουν.

Β) Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 17 της από 24-05-1991 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδρύματος «Ιδρυμα Παπαγεωργίου», που κυρώθηκε με το Ν. 1964/1991 (ΦΕΚ 146 / τεύχος Α' / 26-09-1991), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

Γ) Την υπ' αριθ. Α1α / 8342 / 10-07-1998 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β' 711) «Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

Δ) Την υπ' αριθ. Γ4β/οικ. 16781/09-04-2026 (ΦΕΚ 521/21-04-2026, Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.), ΚΥΑ του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Υγείας περί συγκρότησης και ορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», αρμοδιότητας 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας, όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 577/28-04-2026/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ..

Ε) Την υπ' αρ. 727/21-01-2026 (Θέμα 13º) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΡΦ79469ΗΑΞ-Ω93), με την οποία εγκρίθηκε ο Πίνακας Προγραμματισμού Προμηθειών & Υπηρεσιών του Νοσοκομείου για το διαχειριστικό έτος 2026, σύμφωνα με τις προβλέψεις του εγκεκριμένου συνολικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου για το ίδιο έτος, στον οποίο περιλαμβάνεται ο ανωτέρω εξοπλισμός με CPV:33141620-2.

Το Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, πραγματοποιεί **πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πέντε (5) Φορείων μεταφοράς ασθενών για την κάλυψη των αναγκών των ιατρείων του Κέντρου Τραύματος του Νοσοκομείου**. Ως εκ τούτου, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να καταθέσουν την τεχνική και την οικονομική τους προσφορά, μέσω της εφαρμογής CompareONE της εταιρίας «CosmoONE Hellas Market Site S.A.», το αργότερο έως 18/09/2026, στις 10.00π.μ.

- Η Συλλογή προσφορών θα διεξαχθεί σε ένα στάδιο.
- Η τεchnοοικονομική προσφορά του εξοπλισμού, θα πρέπει να κατατεθεί ως επισυναπτόμενο αρχείο μέσω της εφαρμογής στο ζητούμενο αίτημα και θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές του είδους. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να επισυναφθούν τεχνικά φυλλάδια, prospectus και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά καταλληλότητας (π.χ. ISO, CE, βεβαίωση συμμόρφωσης στη ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/07.01.2004).
- Στην προφορά θα πρέπει να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού μετά την υπογραφή της σύμβασης.
- Το Νοσοκομείο θα προχωρήσει σε αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του μειοδότη. Σε περίπτωση απόρριψης της τεχνικής προσφοράς του, θα προχωρήσει σε τεχνική αξιολόγηση του 2^{ου} μειοδότη κ.ο.κ.
- Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να δοθεί σε ευρώ €, χωρίς Φ.Π.Α., για παράδοση του εξοπλισμού στο Νοσοκομείο, στην οποία θα περιλαμβάνεται κάθε είδους δαπάνη που βαρύνει τον προμηθευτή (έξοδα μεταφοράς, έξοδα τοποθέτησης και εγκατάστασης, κόστος ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα, κρατήσεις).
- Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, ύστερα από πρόσκληση του Νοσοκομείου.
- Για την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να κατατεθεί εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσοστού 4% επί της καθαρής αξίας.
- Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με βάση νόμιμα παραστατικά, εντός 3 μηνών από την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού. Σε κάθε πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος, κατά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. και επιβάλλονται οι παρακάτω κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου:
 - **2,00%** υπέρ Κεφαλαίου Κοινωνικής & Ανθρωπιστικής Αντίληψης του Υπουργείου Υγείας (Ν.3580/2007 – άρθρο 3 – εδ. ε' - περ. εε').
 - **0,10%** υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4013/2011&Ν.4605/2019).

Για κάθε πληρωμή είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την Τεχνική και Οικονομική σας προσφορά ψηφιακά στην πλατφόρμα COSMOONE έως την ώρα 10.00π.μ. της 18^{ης} Σεπτεμβρίου 2026 (ημέρα Παρασκευή). Η αποσφράγιση του θα γίνει την ίδια ημέρα στις 11:00π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των προσφορών μέσω της εφαρμογής CompareONE, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ανακοίνωση που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, στο πεδίο Διαγωνισμοί, με τίτλο: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ COMPAREONE (2)».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**Π.37/2026****ΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΠ**

Φορείο μεταφοράς ασθενούς κατασκευασμένο από ειδικό κράμα μετάλλων και πολυμερές ABS (χρησιμοποιείται στην αεροναυπηγική), ακτινοδιαπερατό με τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. Το φορείο να έχει τέτοια κατασκευή ώστε να καλύπτει όλες τις ανάγκες μεταφοράς και αντιμετώπισης των ασθενών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών.
2. Ο σκελετός του φορείου να είναι κατασκευασμένος από ειδικό κράμα μετάλλων και ανθεκτικό πολυμερές ABS μεγάλης αντοχής με δυνατότητα εκμετάλλευσης ως αποθηκευτικού χώρου.
3. Οι διαστάσεις φορείου να είναι διαστάσεων τουλάχιστον 215cm X 75cm για να έχει ικανή επιφάνεια για διαδικασίες ΚΑΡΠΑ.
4. Να είναι μεταβλητού ύψους με χαμηλότερο τουλάχιστον 56cm για την διευκόλυνση περιπατητικών ασθενών και ψηλότερο τουλάχιστον 85cm για την εύκολη μεταφόρτωση ασθενών σε τραπέζι ακτινοσκοπικού, μαγνητικού τομογράφου κ.λ.π.
5. Η επιφάνεια κατάκλισης να είναι κατασκευασμένη από ακτινοδιαπερατό συμπαγές υλικό το οποίο μπορεί να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται εύκολα ακόμα και με την χρήση πιεστικού. Να αποτελείται από δύο κινητά μέρη.
6. Το ερεισίνωτο να ανυψώνεται με πνευματική υποβοήθηση από 0°—80° και να κλειδώνει σε οποιαδήποτε θέση. Το μέρος των ποδιών να ανυψώνεται επίσης για εύκολη πρόσβαση στον καθαρισμό.
7. Η επιφάνεια κατάκλισης να είναι ακτινοδιαπερατή σε όλο το μήκος της. Να μπορεί να δέχεται τις κασέτες ακτινοσκόπησης από οποιοδήποτε σημείο του φορείου και στις 360°. Να δέχεται όλων των ειδών κασέτες ακτινοσκόπησης, όσο και τις κλασικές (CR cassettes) τόσο και τις ψηφιακές (DR cassettes).
8. Να διαθέτει πλευρικά διαβάθμιση για καλύτερο προσδιορισμό θέσης ακτινοσκοπικής κασέτας. Η κασέτα να μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε θέση χωρίς να περιορίζεται από οδηγούς και υποδοχής.
9. Να υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης πλευρικής ακτινοσκοπικής κασέτας.
10. Να κινείται σε τέσσερις (4) διπλούς περιστρεφόμενους τροχούς μεγάλου διαμέτρου τουλάχιστον 20cm για την διευκόλυνση μετακίνησης. Τουλάχιστον ένας τροχός να είναι αντιστατικός και να μην αφήνουν ίχνη.
11. Να διαθέτει και πέμπτο τηλεσκοπικό συστατικό τροχό στο μέσο, ώστε να μπορούν να γίνονται απρόσκοπτα οι απαιτούμενοι ελιγμοί στις στροφές και να επιτρέπεται η περιστροφή του κατά 360° γύρο από τον άξονα του.
12. Να διαθέτει κεντρικό σύστημα φρένου το οποίο να ενεργοποιείται από ποδομοχλό και στις δύο άκρες του φορείου.
13. Να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου των υδραυλικών μερών του φορείου (ανύψωσης/κατάβασης, Trendelenburg/Anti—Trendelenburg) και από τις δύο πλευρές του.
14. Τα φρένα να ενεργεί και στους τέσσερις τροχούς ταυτόχρονα για μεγαλύτερη ασφάλεια και καλύτερο έλεγχο..
15. Να φέρει δύο πτυσσόμενες χειρολαβές ώθησης στο κεφαλικό άκρο του.
16. Να έχει τη δυνατότητα κλίσεων Trendelenburg/Anti—Trendelenburg τουλάχιστον $\pm 16^\circ$ από ποδομοχλούς και στις δύο πλευρές του φορείου.
17. Να είναι μεταβλητού ύψους με χαμηλότερο τουλάχιστον 61cm για υπάρχει δυνατότητα εύκολης πρόσβασης από αρρώστους που περπατάνε και το ψηλότερο να είναι τουλάχιστον 91cm ώστε να

- μπορεί να έρχεται «πρόσωπο» με μαγνητικό τομογράφο, αξονικό, αγγειογράφο, χειρουργική τράπεζα κλπ. για εύκολη και ασφαλή μεταφόρτωση του αρρώστου.
18. Η ανύψωση του να γίνεται μέσω υδραυλικού συστήματος με ποδομοχλούς και στις δύο πλευρές του φορείου.
 19. Τα υδραυλικά μέρη να είναι καλυμμένα με πλαστικά τηλεσκοπικά καλύμματα για την αποφυγή ακούσιων τραυματισμών.
 20. Το φορείο να καταβαίνει με σταθερή ταχύτητα ανεξάρτητα από το βάρος που φέρει ώστε να μην κινδυνέψει ο άρρωστος από ακούσιο κραδασμό.
 21. Να φέρει αμφοτερόπλευρα προστατευτικά ανοξείδωτα κάγκελα με πλαστικά καλύμματα στο πάνω μέρος τους. Τα κάγκελα να αναδιπλώνουν εύκολα κάτω από την επιφάνεια κατάκλισης ώστε να διευκολύνεται η προσέγγιση του φορείου για περίπτωση μεταφόρτωσης του αρρώστου.
 22. Να διαθέτει προσκρουστήρες στις γωνίες.
 23. Να διαθέτει υποδοχής και στις τέσσερις γωνίες του φορείου για στατώ ορού. Να διαθέτει ενσωματωμένο τηλεσκοπικό στατώ ορού στο προσκέφαλο του φορείου. Να υπάρχει δυνατότητα προς επιλογή για ενσωματωμένο στατώ και στα πόδια του φορείου. Το στατώ να μπορεί να δεχτεί βάρος μέχρι και 18Kg.
 24. Να διαθέτει βάση οξυγόνου στο κάτω μέρος του φορείου.
 25. Να διαθέτει ειδική βάση για τοποθέτηση και στήριξη απινιδωτή. Η βάση να είναι προσθαφαιρούμενη για μεγαλύτερη ευκολία και ασφάλεια. Να διαθέτει ιμάντα ασφάλισης του απινιδωτή.
 26. Το φορείο πρέπει να δέχεται και βαριατρικούς ασθενείς με βάρος τουλάχιστον έως και 215Kg. Το ωφέλιμο βάρος που να δέχεται το φορείο πρέπει να είναι τουλάχιστον 250Kg.
 27. Να συνοδεύεται από το κατάλληλο στρώμα για τη μεταφορά βαριά πασχόντων πάχους τουλάχιστον 8cm ικανό να φιλοξενήσει και βαριατρικά περιστατικά. Να είναι κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας πολυουρεθάνης κατάλληλο και για πολύωρη παραμονή ασθενούς στο φορείο, η πυκνότητα αφρού είναι 32Kg/m^3 . Το κάλυμμα του να είναι από ειδικό αδιάβροχο υλικό, να είναι βραδύκαυστο, αποσπώμενο για εύκολο καθαρισμό. Να μπορεί να πλένεται και να απολυμαίνεται όπως προβλέπει το πρωτόκολλο.
 28. Να διαθέτει πλήρες σετ ιμάντες περιδέσης ασθενών και βάση για την τοποθέτηση ρολό εξεταστικού χάρτινου καλύμματος..
 29. Το φορείο να έχει την δυνατότητα να πλένεται και με πιεστικό μηχάνημα.
 30. Να φέρει σήμανση CE, να κατατεθεί σχετικό πιστοποιητικό.
 31. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 ή/και ISO 13485:2016 ή ισοδύναμες και να διατίθεται από αντιπρόσωπο με πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 ή/και ISO 13485:2016 ή ισοδύναμες.
 32. Η προσφέρουσα εταιρία να διαθέτει οργανωμένο και πιστοποιημένο από τον οίκο τμήμα τεχνικής υποστήριξης στην Ελλάδα, να κατατεθούν τα πιστοποιητικά των τεχνικών.
 33. Να υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης και επάρκειας ανταλλακτικών για 10 έτη.
 34. Απαραίτητη προσκόμιση δείγματος του προσφερόμενου φορείου με όλα τα περιφερόμενα εξαρτήματα προς αξιολόγηση σε δοκιμαστική χρήση από τους τελικούς χρήστες εντός 10 ημερών από την ειδοποίηση της προμηθεύτριας.